

仕 様 書

1. 品名

D P D遊離残留塩素測定専用試薬

2. 品質規格その他

D P D遊離残留塩素測定専用試薬

セントラル科学株式会社クロリンAⅡ（同等品可）

【同等品の条件】

- ・「残留塩素測定器（C N－6 6 F）」に使用できること
- ・1回の測定に1包の試薬を使用すること
- ・粉末試薬100包入（100回測定分）／袋
- ・試薬有効期限：納品時3年以上

3. 数量

930袋（小学校：740，中学校：154，幼稚園36）

4. 納品場所・納品方法

学校保健課へ搬入

5. 納入期限

2018年（平成30年）6月25日（月）

（担当者）

福山市役所本庁舎13F 教育委員会 学校保健課 倉田（TEL084-928-1113）