

回 答 書

調達物品名:災害対応特殊救急自動車(高規格救急自動車4WD)

質問 No.	項目	様式・冊子名	ページ No.	質問内容	回答
1	電子サイレン	10 仕様 (2)車両取付品 ア 電装品関係(ウ)	6	アンプは、OPS-D151Qで良いか。	可とする。
2	室内灯	10 仕様 (2)車両取付品 ア 電装品関係(キ)	7	運転席室内灯は、車両標準装備のマップライトで良いか。 傷病者室内灯及び患者灯はLEDで良いか。 LEDの場合、患者灯の照度切替は「明/暗」の2段階となるがよいか。	可とする。
3	電装品	10 仕様 (2)車両取付品 ア 電装品関係(ク)	7	バックドアスポットランプはドア閉鎖時でも使用できるが、サイドステップランプはドア閉鎖時は使用できないがよいか。	可とする。
4	電装品	10 仕様 (2)車両取付品 ア 電装品関係(セ)	7	サイドフラッシャーランプは、左右ドアミラー内蔵式となるがよいか。	可とする。
5	その他の取付け	10 仕様 (2)車両取付品 エ その他の取付け (ア)	8	運転席用デジタル時計は、カーナビゲーション画面表示の時計でよいか。	仕様書のとおりとする。