

仕様書

1 品 名

窒素ガス発生装置

2 数 量 1 台

内訳

- | | |
|--------------|-----|
| (1) 窒素ガス発生装置 | 1 台 |
| (2) 付属品 | 1 式 |

3 品質規格

(1) 窒素ガス発生装置

【参考品】 エアーテック社製 型式：AT-5NP-25CSL

※同等品可

- | | |
|------------|-------------------------------------|
| ア 窒素ガス流量 | 10L/min 以上 |
| イ ドライエアー流量 | 32L/min 以上 |
| ウ コンプレッサー | 内蔵型であること |
| エ 電源 | 単相 AC100V 15A から直接電源取得が可能なこと(変換器不可) |
| オ 排水 | 排水が出ないこと |

(2) 付属品

- | | |
|------------------------|-----|
| ア 正常動作および据付・調整に必要なもの全般 | |
| イ 取扱説明書（日本語、紙媒体のもの） | 1 部 |

4 据付・調整

- (1) 搬入・据付・調整・設置に係る環境及び正常な動作の確認をすること。
- (2) 装置の据付・調整等初期運転に必要な消耗品を含むこと。
- (3) 水質管理センター既設のイービー・サイエックス社製 LC/MS/MS システム QTRAP4500 に接続可能であり、装置全体が問題なく稼働することを確認すること。
- (4) 既存品一式の処分を行うこと。
(既存品：エアーテック社製 AT-200HA、ST-230C、AT-10NP-50A)
- (5) 据付後の製品保証として1年以上の保証があること。その間の故障、破損のうち不可抗力及び取り扱い不注意以外のものについては、福山市上下水道局（以下「局」という。）の指定する期限内に補修又は取替えを無償で行うこと。
- (6) 装置の納入後、取扱方法を局の職員に説明すること。
- (7) この仕様書で定めていない事項及び設置完了までに疑義が生じた場合については局の担当者と協議の上、決定すること。

5 納入場所・納入方法

納入場所 〒720-0004

福山市御幸町中津原 158 福山市上下水道局 中津原浄水場
水質管理センター4階 高速液体クロマトグラフ分析室

納入方法 搬入（エレベーター（6名用）あり）・据付・調整・既存品一式処分

担当者 相原

T E L (084) 955-1144

F A X (084) 955-4990

6 納入期限

2026年（令和8年）2月27日（金）

※ 参考品以外で応札する場合、2025年（令和7年）6月23日（月）までに、同等承認申請書（様式2）及び仕様等が確認できるカタログ等（写し可）を上記の担当者へ持参し、承認を得ること。承認を得ていない場合、入札に参加できません。

