

仕 様 書			
品 名	解析機能付心電計		
納期等	当該機器は臨床検査科に設置予定。 納入期限は2025年12月26日。 詳細な納入時期等は落札後に福山市民病院が指定する。		
項目	名称	型式等	数量
1	解析機能付心電計	フクダ電子(株) FCP-9800	2組
2	構成		
	解析付心電計	FCP-9800	(2)
	トロリー	OTE-10	(2)
	引き出し(OTE-10用)	OAE-61A	(2)
	記録紙保持金具(OTE-10用)	OAE-58A	(2)
	コードハンガー	OAE-47A	(2)
	SDカード	SD-2G	(4)
	心電計用共通付属品セット	ASE-02N	(2)
	IDカードリーダー(コア付)	CRF-900U-5101-C	(2)
	カードリーダー取付金具	OAE-50A	(2)
	2次元バーコード対応リーダー	1950GHD-U	(2)
	エーカークリップ(再使用可能な心電用電極)	TE-43 4個入/箱	(2)
	胸部電極(再使用可能な心電用電極)	TE-01 6個入/箱	(2)
	リチウムイオンバッテリーパック	BTE-002	(2)
3	その他		
	福山市民病院の指定する場所に搬入・設置すること。		
	搬入設置及び調整については担当者と調整のうえ適正に行うこと。		
	病院の指定する既存機器を引き取ること。		
	納品機器に固定資産シールを貼り付けること。なお、シールは機器発注時に管理課より受け渡す。		
	通常使用による故障の場合は、機器納入後1年間は無償修理に応じること。		
	(ただし、1年間の無償修理に応じることができない正当な理由があり、事前に当院の承諾を得た場合はこの限りではない。)		
	取扱方法に関しては、現場の要望に応じ十分に説明をすること。		
	故障時は速やかに対応できること。		
	設置に伴う保健所及び労働基準監督署等に申請が必要な場合は病院の求めに応じ、提出すること。		