

仕 様 書			
品 名	自動固定包埋装置		
納期等	当該機器は臨床検査科(病理検査室)に設置予定 納入期限は2025年12月26日 詳細な納入時期等は落札後に福山市民病院が指定する		
項目	名称	型式等	数量
1	自動固定包埋装置	ライカマイクロシステムズ(株)	一式
		Leica PEGASUS PLUS	
2	構成		
	HistoCorePEGASUS Plus 本体(デモ品可)	14048858007	(1)
	電源ケーブル(15A)	14041157120	(1)
	UPS 2.0K	8112461	(1)
3	その他		
	・福山市民病院の指定する場所に搬入・設置すること。		
	・搬入設置及び調整については担当者と調整のうえ適正に行うこと。		
	・納品機器に固定資産シールを貼り付けること。なお、シールは機器発注時に管理課より受け渡す。		
	・病院の指定する既存機器を引き取ること。		
	・通常使用による故障の場合は、機器納入後1年間は無償修理に応じること。		
	(ただし、1年間の無償修理に応じることができない正当な理由があり、事前に当院の承諾を得た場合はこの限りではない。)		
	・取扱方法に関しては、現場の要望に応じ十分に説明をすること。		
	・故障時は速やかに対応できること。		