

## 回 答 書

調達物品名:強制通風式温度湿度計

| 質問<br>No. | 項目   | 様式・冊子名 | ページ<br>No. | 質 問 内 容                                                                                                  | 回 答                                                                               |
|-----------|------|--------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | 参考品番 | 仕様書    | 1          | ANEOS(株)通風筒JV-155が、後継機JV-190Aに切り替わっています。TS-801A/HS-501/JV-155→TS-801A/HS-501/JV-190Aで応<br>れしてもよろしいでしょうか。 | 通風筒については具体的な同等条件を定めていません<br>ので、仕様書に定める温度発信器及び湿度発信器に適<br>合する通風筒であれば、同等承認の手続きは不要です。 |
|           |      |        |            |                                                                                                          |                                                                                   |
|           |      |        |            |                                                                                                          |                                                                                   |
|           |      |        |            |                                                                                                          |                                                                                   |
|           |      |        |            |                                                                                                          |                                                                                   |