

回 答 書

調達物品名：自動体外式除細動器（AED）

質問 No.	項目	様式・冊子名	ページ No.	質 問 内 容	回 答
1	3 品質規格その他(6)	仕様書	1	同等品申請の製品ですが、「ショックボタンのテスト」に関しましては、バッテリー装着時に行いますがセルフテストでは行っておりません。ショックボタンが作動しない事例は販売会社において報告が上がっておらず、その観点から「ショックボタンのテスト」は行いませんが、同等品として申請は可能でしょうか。	仕様書の3 品質規格その他(6)において、「自己診断（セルフテスト）機能を有し、毎日、本体内部回路テスト、電極パッド間の導通テスト、バッテリー状態、ショックボタンのテストを行い」と、あるため不可とする。