

仕様書			
品名	レフラクト・ケラト・トノメータ		
納期等	当該機器は眼科外来に設置予定 納入期限は2026年3月31日。 詳細な納入時期等は落札後に福山市民病院が指定する。		
項目	名称	型式等	数量
1	レフラクト・ケラト・トノメータ	(株)ニデック オートレフケラト/トノ/パキメータ	1台
		TONOREF III Plus	
2	構成		
	本体	TONOREF III Plus	(1)
	電動光学台	OT-600BF	(1)
	バーコードリーダー		(1)
3	その他		
	・福山市民病院の指定する場所に搬入・設置すること。		
	・搬入設置・調整については当院職員と調整のうえ適正に行うこと。		
	・病院の指定する既存機器を引き取ること。		
	・眼科部門システム接続費用を含めること。		
	・通常使用による故障の場合は、機器納入後1年間は無償修理に応じること。 (ただし、1年間の無償修理に応じることができない正当な理由があり、事前に当院の承諾を得た場合はこの限りではない。)		
	・取扱については、現場の要望に応じ十分に説明すること。		
	・故障時は、速やかに対応できること。		
	・納品機器に固定資産シールを貼り付けること。なお、シールは機器発注時に管理課より受け渡す。		
	・納品後に当該機器の写真データを管理課メールアドレスまで送付すること。		