

仕 様 書			
品 名	採血管準備支援システム		
納期等	当該機器は中央採血室に設置予定 納入期限は2026年3月31日 詳細な納入時期等は落札後に福山市民病院が指定する		
項目	名称	型式等	数量
1	採血管準備支援システム	(株)テクノメディカ 自動採血管準備支援システム	一式
		BC・ROBO-9000RFID	
2	構成		
	①自動採血管準備支援システム	3ユニット、16管種対応、RFIDオプションなし	(1)
	BC・ROBO-9000RFID/T4162		
	②自動採血管準備支援システム	3ユニット、16管種対応、RFIDオプションなし、	(1)
	BC・ROBO-9000RFID/P6241T	パッキングユニットPK705付	
	③ハルンカップラベラー	HARN-810(検尿用ピンクラベル対応改造費用込み)	(1)
	④整理券発行システム		(1)
	⑤管理PCマスタ変更費用	BC・ROBO-8000⇒BC・ROBO-9000マスタ	(1)
	⑥患者誘導システム EDIOS		(1)
	42インチ液晶ディスプレイ		(1)
	制御PC		(2)
	アプリケーション、ケーブル		(1)
	⑦採血業務支援システム Assist More		(1)
	採血情報端末		(5)
	バーコードリーダー		(5)
	中待合表示モニタ		(5)
	⑧電動昇降採血台	UD-250	(5)
	⑨採血チェア		(7)
	⑩標準採血管ケース	オーバーキャップロング管×2、オーバーキャップショート管×2	(4)
	⑪検尿用ピンクラベル対応改造費用	採血採尿受付システムAI-500×3	(1)
	⑫採血受付コントローラー	BCC-481	(1)
	⑬卓上冷却遠心機 'S300TR		(1)
		S300TR(100V/ノンフロン仕様)卓上冷却遠心機	(1)
		RS-240A スイングロータ	(1)
		0537340 15ml×24ﾊﾞｯｹｯﾄ(4個1組/底ゴム実装)	(1)
3	その他		
	・福山市民病院の指定する場所に搬入・設置・調整(接続・設定)すること。(設置に必要な部材・配線工事等含む)。		
	・コメントシステム社との連携費用を含むこと。		
	・搬入設置及び調整については担当者と調整のうえ適正に行うこと。		
	・納品機器に固定資産シールを貼り付けること。なお、シールは機器発注時に管理課より受け渡す。		
	・病院の指定する既存機器を引き取ること。		
	・通常使用による故障の場合は、機器納入後1年間は無償修理に応じること。 (ただし、1年間の無償修理に応じることができない正当な理由があり、事前に当院の承諾を得た場合はこの限りではない。)		
	・取扱方法に関しては、現場の要望に応じ十分に説明をすること。		
	・故障時は速やかに対応できること。		