

仕 様 書			
品 名	生体情報監視装置		
納期等	当該機器は、西館6階病棟に設置予定。 納入期限は2026年3月31日。 詳細な納入時期等は落札後に福山市民病院が指定する。		
項目	名称	型式等	数量
1	生体情報監視装置	日本光電工業㈱	一式
2	構成		
	①セントラルモニタ本体(24人用)《CNS-2101》		
	セントラルモニタ本体	CNS-2101	(1)
	レコーダーユニット	WS-140P	(1)
	スタンド	DM-140P	(1)
	ネームプレート	DP-160P	(1)
	ソフトウェアライセンス24人拡張	QL-018P	(1)
	無線式セントラルユニット	ORG-2100	(2)
	アンテナアイソレータ	ZA-022P	(1)
	※ラック・マウス・キーボードを含む		
	②ベッドサイドモニタ《PVM-4761》		
	ベッドサイドモニタ	PVM-4761	(8)
	バッテリーパック	SB-470P	(8)
	送信機(モニター用)	ZS-600P	(8)
	ホルダ	DI-470P	(8)
	架台	KC-470P	(4)
	アダプタ	DH-470P	(4)
	フック	DZ-470P	(4)
	TL-201T2 フィンガープローブ	P225F	(8)
	ディスポオキシプローブ	TL-273T	(1)
	※ベッドサイドモニタ4式壁掛け取付(アーム)を含む		
	③送信機(ECG/RESP/SpO2)		
	送信機	ZS-630P	(12)
	電極リード線	BR-903P	(12)
	マルチYプローブ	TL-260T	(5)
	TL-260Tクリップアダプタ	P256	(12)
	TL-201T2 フィンガープローブ	P225F	(12)
	電波利用あんしんパッケージ		(1)
3	その他		
	・福山市民病院の指定する場所に搬入・設置すること(設置に必要な部材・配線工事等含む)。		
	・搬入設置及び調整については担当者と調整のうえ適正に行うこと。		
	・アンテナ配線工事を含めること。		
	・納品機器に固定資産シールを貼り付けること。なお、シールは機器発注時に管理課より受け渡す。		
	・病院の指定する既存機器を引き取ること。		
	・通常使用による故障の場合は、機器納入後1年間は無償修理に応じること。		
	(ただし、1年間の無償修理に応じることができない正当な理由があり、事前に当院の承諾を得た場合はこの限りではない。)		
	・取扱方法に関しては、現場の要望に応じ十分に説明をすること。		
	・故障時は速やかに対応できること。		
	・設置に伴う保健所及び労働監督署等に申請が必要な場合は病院の求めに応じ、提出すること。		