

仕 様 書			
品 名	微生物感受性分析装置・微生物分類同定分析装置		
納期等	当該機器は臨床検査科に設置予定 納入期限は2026年3月31日 詳細な納入時期等は落札後に福山市民病院が指定する		
項目	名 称	型 式 等	数 量
1	①微生物感受性分析装置	①ベックマン・コールター(株) DxM 1096 マイクロスキャンWalk away	一式
	②微生物分類同定分析装置	②ブルカー・ジャパン(株) MALDI バイオタイパー sirius one	一式
	③全自動菌液分注装置	③ベックマン・コールター(株) オートリノックBRIDE II	1台
2	構成		
	①微生物同定感受性分析装置		
	DxM 1096 マイクロスキャンWalk away 本体		(1)
	LabPro MBT connectシステム		(1)
	MS Panel Viewer III リッドセット		(1)
	②微生物分類同定分析装置		
	MALDI バイオタイパー sirius one本体	標準付属品付	(1)
	MBT Compassソフトウェア		(1)
	MBT Compassライブラリー		(1)
	抗酸菌ライブラリー		(1)
	糸状菌ライブラリー		(1)
	Explore Module		(1)
	Subtyping Module		(1)
	Sepsityper Module		(1)
	③全自動菌液分注装置		
	オートリノックBRIDE II 本体		(1)
3	その他		
	・福山市民病院の指定する場所に搬入・設置・調整(接続・設定)すること。(設置に必要な部材・配線工事等含む)。		
	・コメントシステム社との連携費用を含むこと。		
	・搬入設置及び調整については担当者と調整のうえ適正に行うこと。		
	・納品機器に固定資産シールを貼り付けること。なお、シールは機器発注時に管理課より受け渡す。		
	・病院の指定する既存機器を引き取ること。		
	・通常使用による故障の場合は、機器納入後1年間は無償修理に応じること。		
	(ただし、1年間の無償修理に応じることができない正当な理由があり、事前に当院の承諾を得た場合はこの限りではない。)		
	・取扱方法に関しては、現場の要望に応じ十分に説明をすること。		
	・故障時は速やかに対応できること。		