

仕 様 書			
品 名	人工呼吸器		
納期等	当該機器は救命救急センターに設置予定。 納入期限は2026年 3月31日 詳細な納入時期等は落札後に福山市民病院が指定する。		
項目	名称	型式等	数量
1	人工呼吸器	ドレーゲルジャパン(株) Evita V600 EIT付	一式
2	構成		
	人工呼吸器 Evita V600	8422300	一式
	Evita V600 ネブライザー付き	OPC6713	(1)
	自動チューブ抵抗補正	OPC6728	(1)
	Airway Pressure Release Vent	OPC6731	(1)
	Pressure Support Ventilation	OPC6742	(1)
	リニューザブル呼吸弁		(1)
	SmartCare/PS	OPC6740	(1)
	CO2モニタリング(センサあり)	OPC6739	(1)
	ディスプレイザブルCO2キューベット成人用 10個入り	MP01062	(1)
	PS500 及び GS500 (プロウ/外部バッテリー)	OPC6592	(1)
	トロリー(架台)	OPC6042	(1)
	システムケーブル0.7m	8422537	(1)
	Infinity ACS アーム	MP00690	(1)
	Dräger USBスティック	8416347	(1)
	耐圧ホースO2, DISS-川重 5m	M35804	(1)
	耐圧ホースAir, DISS-川重 5m	M35801	(1)
	マウントセット	8411074	(1)
	テストラング	MP20020	(1)
	900MR290 ウォーターバグポール 0.7m	MP01008	(2)
	Humidifier holder,DIN rail	8416325	(1)
	MR850 加温加湿器	MV07068	(1)
	900MR805 エレクトロカルアダプター デュアル	MP01006	(1)
	900MR869 温度センサケーブル 1.5m MR850用	MV07047	(1)
	生体情報モニタ(CSMシリーズ)用通信ケーブル	IF-942P	(1)
	電氣的インピーダンス・トモグラフィ付(デモ品可)	8420000	一式
	Pulmo Vista 500	OPC6140	(1)
	ADAPパッケージ	OPC6141	(1)
	MEDIBUSケーブル V+Aシリーズ	8416326	(1)
	電極ベルトS	OPC6801	(1)
	電極ベルトM	OPC6802	(1)
	電極ベルトL	OPC6803	(1)
	電極ベルトXL	OPC6804	(1)
	患者ケーブルS	OPC6806	(1)
	患者ケーブルM	OPC6807	(1)
	患者ケーブルL	OPC6808	(1)
	患者ケーブルXL	OPC6809	(1)

項目	名称	型式等	数量
3	その他		
	・福山市民病院の指定する場所に搬入・設置すること。		
	・搬入設置及び調整については担当者と調整のうえ適正に行うこと。		
	・病院の指定する既存機器を引き取ること。		
	・納品機器に固定資産シールを貼り付けること。なお、シールは機器発注時に管理課より受け渡す。		
	・通常使用による故障の場合は、機器納入後1年間は無償修理に応じること。		
	(ただし、1年間の無償修理に応じることができない正当な理由があり、事前に当院の承諾を得た場合はこの限りではない。)		
	・取扱方法に関しては、現場の要望に応じ十分に説明をすること。		
	・故障時は速やかに対応できること。		
	・設置に伴う保健所及び労働基準監督署等に申請が必要な場合は病院の求めに応じ、提出すること。		