

仕 様 書

1 品名

透過散乱型濁度計

2 規格・数量等

内訳

品名	規格等（同等条件）	数量	単位	参考品（メーカー名・品番等）	同等品
透過散乱型濁度計 ①	・ 型式：TB810D ・ 変換器：FLXA402T 付き AC 電源、4-20mA 出力 ・ レンジ：0-5 度 超音波洗浄あり リプレイス用取付金具付 リプレイス用壁取付金具付	1	台	メーカー： 横河電機株式会社	不可
透過散乱型濁度計 ②	・ 型式：TB810D ・ 変換器：FLXA402T 付き AC 電源、4-20mA 出力 ・ 低レンジ:0-50 度 高レンジ:0-500 度（レンジ切替あり） 超音波洗浄あり リプレイス用取付金具付 リプレイス用壁取付金具付	1	台	メーカー： 横河電機株式会社	不可

3 納入場所 〒720-0004 福山市御幸町中津原 158 福山市上下水道局 中津原浄水場

担当課 水づくり課

担当者 松井

電 話 084-955-1143

F A X 084-955-4999

4 納入方法 搬入・据付(試運転調整含む)

※搬入日時等については、事前に担当者と協議すること。

5 納入期限 2026 年（令和 8 年）3 月 27 日（金）