

仕様書

1 品名

2線式pH計

2 規格・数量等

内訳

品名	規格等（同等条件）	数量	単位	参考品 (メーカー名・品番等)	同等品
2線式pH計	<ul style="list-style-type: none">・型式：FLXA202※以下の機器等を含む・検出器：PH8EFP(大容量 500mL タンク付) 測定レンジ：pH 4.00～10.00・流通型ホルダ： PH8HF(超音波洗浄付き(振動子:SUS316)) コンジットアダプタ付 超音波ケーブル：3m ステンレス製パイプ取付金具付・超音波発信器：PG400 コンジットアダプタ付 スタンション無し リプレース用壁取付金具付	1	台	メーカー： 横河電機株式会社	不可

3 納入場所 〒721-0957 福山市箕島町 10-310

福山市上下水道局 箕島浄水場 計器室

担当課 施設部 水づくり課

担当者 手邊 (てべ)

電話 (084) 955-1143

FAX (084) 955-4999

4 納入方法 搬入・据付・調整（エレベーターなし）

※据付日時等については、事前に担当者と協議すること。

5 納入期限 2026年（令和8年）3月31日（火）