

仕様書			
品名	インファウォーマ		
納期等	当機器は、東館4階病棟等に設置する予定。 納期:2026年3月31日(火) 詳細な納入時期等は落札後に福山市民病院が指定する。		
項目	名称	型式等	数量
1	インファウォーマ	アトムメディカル(株)	一式
		インファウォーマi LCD/SpO2(ネルコア)付	
2	構成		
	インファウォーマi LCD/SpO2(ネルコア)付		(1)
	蘇生装置Ⅲ		(1)
	MFレール 左右兼用/Fレール取付式		(1)
	アトムベビースケール インファウォーマi用		(1)
	四連コンセントセット Fレール取付式		(1)
	マルチホルダー ベビーガード取付式		(1)
	トレーセット Fレール 取付式		(1)
	I.Vポール Fレール取付式		(1)
	引出し 取付金具付/インファWi・サンフラワー用		(1)
	回転ポンベ架 Fレール取付式		(2)
	減圧調整器OX-236 空気用/ジャック式		(1)
	／ピン方式		
	減圧調整器OX-235 酸素用/ジャック式		(1)
	／ピン方式		
	チューブホルダー臥床台取付式		(1)
	チューブホルダー ベビーガード取付式		(1)
	(費用)搬入・搬出・移設費		(1)
3	その他		
	・福山市民病院の指定する場所に搬入・設置すること。		
	・納品機器に固定資産シール(管理課から出すもの)を貼りつけること。		
	・搬入設置・調整については当院職員と調整のうえ適正に行うこと。		
	・通常使用による故障の場合は、機器納入後1年間は無償修理に応じること。		
	(ただし、1年間の無償修理に応じることができない正当な理由があり、事前に当院の承諾を得た場合はこの限りではない。)		
	・取扱については、現場の要望に応じ十分に説明すること。		
	・故障時は、速やかに対応できること。		