

仕様書			
品名	肺機能検査測定装置		
納期等	当該機器は生理検査室に設置予定。 納入期限は2026年3月31日。 詳細な納入時期等は落札後に福山市民病院が指定する。		
項目	名称	型式等	数量
1	肺機能検査測定装置	チェスト(株) 肺機能呼吸検査システム CHESTAC-01 D型	一式
2	構成		
	肺機能呼吸検査システム	01-2001-002 CHESTAC-01 D型	(1)
	SPO2センサー胸用	04-1000-150402 CL-50G	(1)
	較正用3Lシリンジ スタンドセット	04-2001-15001	(1)
	USBタイプ バーコードリーダー	05-3401-380101	(1)
	CDBSリプレイス	サーバー機及びクライアント機	(1)
3	その他		
	・福山市民病院の指定する場所に搬入・設置すること(設置に必要な部材等含む)。		
	・搬入設置及び調整については担当者と調整のうえ適正に行うこと。		
	・既存チェスタック(呼吸機能検査装置)に蓄積されたデータや各種設定を引継ぐこと。		
	・納品機器に固定資産シールを貼り付けること。なお、シールは機器発注時に管理課より受け渡す。		
	・病院の指定する既存機器を引き取ること。		
	・通常使用による故障の場合は、機器納入後1年間は無償修理に応じること。		
	(ただし、1年間の無償修理に応じることができない正当な理由があり、事前に当院の承諾を得た場合はこの限りではない。)		
	・取扱方法に関しては、現場の要望に応じ十分に説明をすること。		
	・故障時は速やかに対応できること。		
	・設置に伴う保健所及び労働基準監督署等に申請が必要な場合は病院の求めに応じ、提出すること。		