

仕様書

1 品名 高感度透過散乱形濁度計

2 規格・数量等

内訳

品名	規格等（同等条件）	数量	単位	参考品（メーカー名・品番等）	同等品
高感度透過 散乱形濁度 計	型式：TB800D レンジ 0-0.5 度 変換器 FLXA402T 付き（各台につき 1 台） ゼロ濁度フィルター付き（各台につき 1 台） 脱泡槽付き（各台につき 2 台）	4	台	横河電機株式会社	不可

3 納入場所 〒720-0013 福山市千田町 340 福山市上下水道局 千田浄水場

担当課 水づくり課

担当者 川崎

電話 084-955-1142

FAX 084-955-4999

4 納入方法 搬入・据付（試運転調整含む）

※搬入日時等については、事前に担当者と協議すること。

5 納入期限 2026 年（令和 8 年）3 月 31 日（火）