

仕様書			
品名	低侵襲心臓手術用器械		
納期等	当該機器は手術室に設置予定。 納入期限は2026年3月31日。 詳細な納入時期等は落札後に福山市民病院が指定する。		
項目	名称	型式等	数量
1	低侵襲心臓手術用器械	GEISTER社/VITALITEC社	一式
2	構成		
	GEISTER社		
	テーブルポスト	29-3730.10	(1)
	上部フレーム	29-3730.20	(1)
	クランクボックス トラクター用	29-3730.70	(1)
	バルブゲートヘモクリップ用アプライヤー スモール	34-7460 25.0cm	(1)
	バルブゲートヘモクリップ用アプライヤー ミディアム	34-7462 25.0cm	(1)
	バルブゲート持針器 TC付2.7mmシャフト反型	34-7906S 17.0cm	(1)
	バルブゲートリング鑷子	34-7829S 17.0cm	(1)
	バルブゲートリング鑷子	34-7829 25.0cm	(1)
	バルブゲートPRO鑷子 TC付2.7mmシャフト曲10°	38-7835S 17.0cm	(1)
	バルブゲート剪刀 曲30° 25.0cm 先端DFコーテッド	34-7835.TC	(1)
	ファンレトラクター3本指 38mmΦ5mm 角度可変型33cm	34-2879.AR	(1)
	ミニアーム Ctype 大型開胸器用	829-0935.C.AL	(2)
	滅菌ケース バルブケート12本用	UM2004	(1)
	クーリー開胸器 35×100mm	29-1494.RS/B2	(1)
	ロープロファイル弁置換用レトラクターホルダー	29-1510	(1)
	VITALITEC社		
	シグネットフレキシブルクランプ Cカーブ66mm	VSAY-LK66	(1)
3	その他		
	・福山市民病院の指定する場所に搬入・設置すること。		
	・搬入設置及び調整については担当者と調整のうえ適正に行うこと。		
	・通常使用による故障の場合は、機器納入後1年間は無償修理に応じること。		
	(ただし、1年間の無償修理に応じることができない正当な理由があり、事前に当院の承諾を得た場合はこの限りではない。)		
	・取扱方法に関しては、現場の要望に応じ十分に説明をすること。		
	・故障時は速やかに対応できること。		
	・設置に伴う保健所及び労働基準監督署等に申請が必要な場合は病院の求めに応じ、提出すること。		