

仕様書				
品名	硬性尿管鏡			
納期等	当該機器は手術室に設置予定。 納入期限は2026年3月31日。 詳細な納入時期等は落札後に福山市民病院が指定する。			
項目	名称	型式等		数量
1	硬性尿管鏡	リチャードウルフ(株) ウレテロレノスコープ		一式
2	構成			
	ウレテロレノスコープ	4.5Fr. × 430mm	8701.534	94-466 (1)
	フレキシブル生検鉗子	3Fr. × 530mm	829.603	94-161 (1)
	フレキシブル鋸状把持鉗子	3Fr. × 530mm	828.605	94-152 (1)
	リウォシステムトレー ペグマット付	L700 × W120 × D75mm	33018	94-070 (1)
	バルブホルダー ルアーロック付		15256.456	94-041 (1)
3	その他			
	・福山市民病院の指定する場所に搬入・設置すること。			
	・搬入設置及び調整については担当者と調整のうえ適正に行うこと。			
	・通常使用による故障の場合は、機器納入後1年間は無償修理に応じること。			
	(ただし、1年間の無償修理に応じることができない正当な理由があり、事前に当院の承諾を得た場合はこの限りではない。)			
	・取扱方法に関しては、現場の要望に応じ十分に説明をすること。			
	・故障時は速やかに対応できること。			
	・設置に伴う保健所及び労働基準監督署等に申請が必要な場合は病院の求めに応じ、提出すること。			