

# 仕様書

品名	分娩監視装置・分娩監視システム		
納期等	当該機器は新本館 I 期3階産婦人科病棟・MFICUに設置予定 納入期限は2026年7月31日 詳細な納入時期等は落札後に福山市民病院が指定する		
項目	名称	型式等	数量
1	分娩監視装置・分娩監視システム	トーイツ株式会社 MT-832-P他	一式
2	構成		
2-1	分娩監視装置		一式
2-1-1	emona CTG	MT-832-P	(3)
2-1-2	emona CTG	MT-831-S	(4)
2-1-3	レコーダユニット	MP-130	(7)
2-1-4	MT-830用架台	JC-176	(7)
2-1-5	レコーダユニット取付キット JC-176用		(7)
2-1-6	双胎セットMT-610/830用		(5)
2-1-7	MT-830用SpO2モニタセット(指用リユーズブル)		(3)
2-2	コードレスシステム		
2-2-1	分娩監視コードレスシステムMT-830用	MT-220	(1)
2-2-2	MT-220用取付キット JC-176用		(3)
2-2-3	MT-220用双胎セット		(1)
2-2-4	バーコードリーダー(MT-830用)		(7)
2-2-5	バーコードリーダー取付キット JC-176用		(7)
2-2-6	LANケーブル 3m		(7)
2-3	分娩監視システム(MFICU用)		
2-3-1	OBISセントラルクライアントソフトVer3.3	MF-7400N-CL	(1)
2-3-2	OBISセントラルクライアント(デスクトップ)	MF-7400N-HDC	(1)
2-3-3	23インチワイド液晶タッチモニタ	MF-74M-23W2	(1)
2-3-4	無停電電源装置750W		(1)
2-3-5	48PORTインテリジェントスイッチ		(1)
2-3-6	8PORTインテリジェントスイッチ		(2)
2-3-7	スイッチ用UPS		(2)
2-3-8	画像分配器		(2)
2-3-9	天吊り用大型モニタ(43インチ)		(2)
3	その他		
	・福山市民病院の指定する場所に搬入・設置すること(設置に必要な部材・配線工事等全て含むこと)。		
	・搬入設置及び調整については担当者と調整のうえ適正に行うこと。		
	・納品機器に固定資産シールを貼り付けること。なお、シールは機器発注時に管理課より受け渡す。		
	・通常使用による故障の場合は、機器納入後1年間は無償修理に応じること。 (ただし、1年間の無償修理に応じることができない正当な理由があり、事前に当院の承諾を得た場合はこの限りではない。)		
	・取扱方法に関しては、現場の要望に応じ十分に説明をすること。		
	・故障時は速やかに対応できること。		
	・落札業者は、後日、当入札の内訳を提出すること。		
	・設置に伴う保健所及び労働基準監督署等に申請が必要な場合は病院の求めに応じ、提出すること。		