

仕様書

品名	乳房用X線診断装置		
納期等	当該機器は新本館 I 期1階マンモグラフィ室に設置予定 納入期限は2026年9月30日 詳細な納入時期等は落札後に福山市民病院が指定する		
項目	名称	型式等	数量
1	乳房用X線診断装置	富士フィルムメディカル(株) AMULET SOPHINITY	一式
2	構成		
2-1	デジタルマンモグラフィシステム		一式
	富士デジタルマンモグラフィ AMULET SOPHINITY+AWS	DR 4000 24X30 + AWS	(1)
	フットスイッチ SOPHINITY	DR 4000 FOOTSW EXC	(1)
	操作卓	CONTROL DESK	(1)
	プロジェクション機能 SOPHINITY	DR 4000 PROJECTION KIT	(1)
	USB延長ケーブル(1.5m)	USB3-E15BK	(1)
	電源ケーブル(15m)Innovality	DR 3500 AC CORD 15M	(1)
	Exposure SW(リモートタイプ) fs	EXPOSURE SWITCH REMOTE AR	(1)
	モニター用アーム	MONITOR ARM	(2)
	アンカープレート	ANCHOR PLATE(AMULET用)	(1)
	2Mカラー液晶ディスプレイ	LCD 2M CLR EIZ B	(1)
	コンソール用電源タップ	CL TAP-WCH2434H	(1)
	DICOM SE費	AWS DICOM COST/SI	(1)
	FPD 1ショットファントム M 24X30	1SHOT PHANTOM 24X30 HA #	(1)
	FCR 1ショットファントム M 用 40mmシグ	FCR 1SHOT PHANTOM M PLUS 40mm SPACER	(1)
	マンモファントム	マンモファントム RMI156型(ケース付)	(1)
	マンモステップファントム	マンモステップファントム(フレーム付) AGH-D210F	(1)
	CR/DR設置消耗品キット	SETTI KIT/M	(1)
	Exposure SW(フットタイプ) fs	EXPOSURE SWITCH FOOT AR	(1)
	X線防護板	PROTECT BOARD FOR CL A	(1)
	USB連動電源タップ B	TAP-RE9SPUN FOR AMULET	(1)
	18X24シフト圧迫板 SOPHINITY/ELITE	COMP PADDLE 18X24 SP C	(1)
	9X24小乳房シフト圧迫板 SOPHINITY/ELITE	COMP PADDLE 9X24 SP C	(1)
	拡大撮影台キット SOPHINITY/ELITE	MAG TABLE C	(1)
	拡大角型スポット圧迫板 SOPHINITY/ELITE	COMP PADDLE MAG SPOT SQ C	(1)
	ステレオアップグレードキー SOPHINITY	DR 4000 S UP-GRADE KEY	(1)
	トモンセンス撮影用固定フェースガード SOPHINITY	DR 4000 FACE GUARD FOR TOMO	(1)
	USB延長ケーブル(1.5m)	USB3-E15BK	(1)
	トモンセンス撮影用ソフトキット SOPHINITY	DR 4000 TOMO KIT-L V3.0	(1)
	トモンセンス撮影用 S-Viewソフトライセンス SOPHINITY	AWS TOMO S VIEW SWL	(1)
	バイオプシーバーティカルキット SOPHINITY	BPY VERTICAL KIT-L C	(1)
	バイオプシーラテラルキット SOPHINITY	BPY LATERAL KIT C	(1)
	バイオプシー取扱説明書 SOPHINITY	BPY MANUAL C	(1)
	管球退避スイッチ SOPHINITY	DR 4000 TUBE PARKING KIT	(1)
	管球退避ソフトライセンス SOPHINITY	AWS TUBE PARKING SWL	(1)

項目	名称	型式等	数量
	バイオプシー標本キット SOPHINITY	BPY SPECIMEN KIT C	(1)
	トモシンセシス バイオプシーソフトライセンス SOPHINITY	BPY TOMO BIOPSY SOFT-L C	(1)
	4000AWS用5Mカラーディスプレイ	LCD 5M CLR EIZ	(1)
	詳細画像表示機能用ソフトライセンス	AWS PRECISE ENLARGEMENT SWL	(1)
	過去画像参照機能用ソフトライセンス	AWS REFERRAL VIEWING SWL	(1)
	乳腺量測定機能用ソフトライセンス	AWS BD MEASUREMENT SWL	(1)
	ポジショニング解析機能用ソフトライセンス	AWS POSITIONING ANALYSIS SWL	(1)
	初年度スタートセットM(IS)	ASSISTA Management Start SET M (IS)	(1)
	ネットカム社接続費用		(1)
	漏洩線量測定		(1)
	除湿器		(1)
2-2	ステップダウントランス		
	ステップダウントランス	ケース入り乾式	(1)
	専用分電盤		(1)
	分電盤取付及びトランス回り配線		(1)
3	その他		
	・福山市民病院の指定する場所に搬入・設置すること(設置に必要な部材・配線工事等全て含むこと)。		
	・搬入設置及び調整については担当者と調整のうえ適正に行うこと。		
	・納品機器に固定資産シールを貼り付けること。なお、シールは機器発注時に管理課より受け渡す。		
	・病院の指定する既存機器の移設と機器を引き取ること。		
	・通常使用による故障の場合は、機器納入後1年間は無償修理に応じること。 (ただし、1年間の無償修理に応じることができない正当な理由があり、事前に当院の承諾を得た場合はこの限りではない。)		
	・取扱方法に関しては、現場の要望に応じ十分に説明をすること。		
	・故障時は速やかに対応できること。		
	・設置に伴う保健所及び労働基準監督署等に申請が必要な場合は病院の求めに応じ、提出すること。		