

## 回 答 書

### 調達物品名：X線透視診断装置

質問 No.	項目	様式・冊子名	ページ No.	質 問 内 容	回 答
1	2-3	仕様書	2	ステップダウントランスについて ⇒装置側で400V対応可能な場合、ステップダウントランス が不要となるため削除いただく事は可能でしょうか。	本入札は、ステップダウントランス「HTTI-V50EB型」で指定 して公告をしておりますので、削除することは不可とさせて いただきます。
2	2-1	仕様書	1	型式：DHF-155H4（FF）200V1P ⇒『型式：DHF-155H4（FF）』に変更いただくことは可能でしょ うか。	本入札は、型式を「DHF-155H4（FF）200V1P」で指定して公 告をしておりますので、『型式：DHF-155H4（FF）』での入札 は不可とさせていただきます。