

仕様書

品名	インファントウォーマー機能付き保育器		
納期等	当該機器は新本館 I 期3階NICU・GCU・産婦人科病棟に設置予定 納入期限は2026年7月31日 詳細な納入時期等は落札後に福山市民病院が指定する		
項目	名称	型式等	数量
1	インファントウォーマー機能付き保育器	アトムメディカル(株) アトム保育器Ai7 ワイドデュアル	4台
2	構成		
2-1	アトム保育器Ai7 ワイドデュアル	21660	(4)
3	その他		
	・福山市民病院の指定する場所に搬入・設置すること(設置に必要な部材・配線工事等全て含むこと)。		
	・搬入設置及び調整については担当者と調整のうえ適正に行うこと。		
	・納品機器に固定資産シールを貼り付けること。なお、シールは機器発注時に管理課より受け渡す。		
	・病院の指定する保育器等の既存機器の移設も含むこと。		
	・通常使用による故障の場合は、機器納入後1年間は無償修理に応じること。 (ただし、1年間の無償修理に応じることができない正当な理由があり、事前に当院の承諾を得た場合はこの限りではない。)		
	・取扱方法に関しては、現場の要望に応じ十分に説明をすること。		
	・故障時は速やかに対応できること。		