

仕様書

1 品名

パルスオキシメーター

2 品質規格その他

- ・本体サイズ：幅 50mm 以内 × 奥行き 30mm 以内 × 高さ 30mm 以内
- ・表示内容：血中酸素飽和度・脈拍数・脈波波形・PI 値（灌流指標）
- ・測定範囲：血中酸素飽和度(SpO2) 70～100%
脈拍数 (PR) 30～250 拍/分
灌流指標(PI) 0.3 %～20.0%
- ・測定可能目安：指の厚さ 7 mm～17 mmの範囲が測定可能であること。
- ・ディスプレイの明るさ調節が可能なこと。
- ・マルチアングルであること。
- ・専用のシリコンカバー・ストラップ付きであること。
- ・電源は乾電池であること。
- ・防水保護等級が IP22 以上であること。
- ・Bluetooth 機能を搭載していないこと。
- ・医薬品医療機器等法に基づく管理医療機器として登録認証機関の認証を受けていること。

(参考品) ※同等品可

- ・ヤガミ パルスオキシメーター FP235BC

※参考品以外で入札に参加する場合は、2026年（令和8年）5月14日（木）までに、同等承認申請書（様式2）及び仕様書が確認できるカタログ等を次の担当者へ持参し、承認を得ること。承認を得ていない場合は、入札に参加できない。

担当者：教育委員会事務局学校教育部学校保健課

電話：(084) 928-1113

3 数量

102個

4 納入期限

2026年（令和8年）6月22日（月）

5 納入場所・納入方法等

納入場所：福山市立手城小学校

納入方法：搬入

6 その他

- ・納品日の連絡は当日ではなく、必ず前日までに学校保健課へ連絡を行うこと。