

仕様書

品名	インファントウォーマ		
納期等	当該機器は新本館 I 期3階NICU・GCU・産婦人科病棟に設置予定 納入期限は2026年7月31日 詳細な納入時期等は落札後に福山市民病院が指定する		
項目	名称	型式等	数量
1	インファントウォーマ	アトムメディカル(株)	
		インファウォーマi 蘇生装置Ⅲ	2台
		インファウォーマi 蘇生装置Ⅰ	1台
2	構成		
2-1	インファウォーマi 23581 蘇生装置Ⅲ	23592	(2)
2-2	インファウォーマi 23581 蘇生装置Ⅰ	23590	(1)
3	その他		
	・福山市民病院の指定する場所に搬入・設置すること(設置に必要な部材・配線工事等全て含むこと)。		
	・搬入設置及び調整については担当者と調整のうえ適正に行うこと。		
	・納品機器に固定資産シールを貼り付けること。なお、シールは機器発注時に管理課より受け渡す。		
	・通常使用による故障の場合は、機器納入後1年間は無償修理に応じること。		
	(ただし、1年間の無償修理に応じることができない正当な理由があり、事前に当院の承諾を得た場合はこの限りではない。)		
	・取扱方法に関しては、現場の要望に応じ十分に説明をすること。		
	・故障時は速やかに対応できること。		