

# 仕様書

品名	人工呼吸器(HFO対応)		
納期等	当該機器は新本館 I 期3階NICU・GCU・MFICU・産婦人科病棟に設置予定 納入期限は2026年7月31日 詳細な納入時期等は落札後に福山市民病院が指定する		
項目	名称	型式等	数量
1	人工呼吸器(HFO対応)	ドレーゲルジャパン(株) Babylog VN800	3組
2	構成		
2-1	Babylog VN800	8422400	(3)
2-2	従量式換気	OPC6738	(3)
2-3	Smart Pulmonary View	OPC6736	(3)
2-4	非侵襲的陽圧換気療法	OPC6733	(3)
2-5	Infinity ACSアーム	MP00690	(3)
2-6	新生児テスト肺、リニューザブル	MP20050	(3)
2-7	耐圧ホースO2、DISS-川重5m	M35804	(3)
2-8	耐圧ホースAir、DISS-川重5m	M35801	(3)
2-9	加湿器ホルダー	G93111	(3)
2-10	マウントセット	8411074	(3)
2-11	加湿器の取付、サイドレール	8416325	(3)
2-12	新生児用フローセンサ、ISO 15	8411130	(3)
2-13	新生児用フローセンサインサート[5個入]	8410179	(3)
2-14	加温加湿器	MR950	(3)
2-15	950センサーカートリッジ(ドレーゲル)	5305281	(3)
2-16	950呼気側ヒーターワイヤーアダプター(ドレーゲル)	5305282	(3)
2-17	900MR290ウォーターバグポール0.7m	MP01008	(3)
2-18	950回路キット新生児・デュアル・アクセサリ付10入	5305284	(3)
2-19	通信ケーブル	IF-943P	(3)
3	その他		
	・福山市民病院の指定する場所に搬入・設置すること(設置に必要な部材・配線工事等全て含むこと)。		
	・搬入設置及び調整については担当者と調整のうえ適正に行うこと。		
	・納品機器に固定資産シールを貼り付けること。なお、シールは機器発注時に管理課より受け渡す。		
	・通常使用による故障の場合は、機器納入後1年間は無償修理に応じること。 (ただし、1年間の無償修理に応じることができない正当な理由があり、事前に当院の承諾を得た場合はこの限りではない。)		
	・取扱方法に関しては、現場の要望に応じ十分に説明をすること。		
	・故障時は速やかに対応できること。		
	・設置に伴う保健所及び労働基準監督署等に申請が必要な場合は病院の求めに応じ、提出すること。		