

仕様書

品名	除細動器		
納期等	当該機器は新本館 I 期3階NICU・GCU・産婦人科病棟に設置予定 納入期限は2026年7月31日 詳細な納入時期等は落札後に福山市民病院が指定する		
項目	名称	型式等	数量
1	除細動器	日本光電工業(株) カルジオライフ TEC-1031(経皮ペースティング付)	一式
2	構成		
2-1	除細動器 本体(デフィブリレータ)	TEC-1031	(1)
2-2	記録紙	A128 RQS50-3 50mm×30m(10巻入)	(1)
2-3	バッテリーパック	SB-950P	(1)
2-4	SDメモリーカード	QM-001D	(1)
2-5	架台	KD-101V	(1)
2-6	バスケット	DI-101V	(1)
2-7	ベッドレールフック	DZ-101V	(1)
2-8	使い捨てパッド	P-711(成人/小児/乳児 兼用)	(1)
2-9	使い捨てパッド	P-721(乳児)	(1)
2-10	電極リード線	K911 BR-903P	(1)
2-11	ECG中継コード	K922 JC-906P	(1)
2-12	SpO2中継コード	K931 JL-900P	(1)
2-13	フィンガーグローブ	P225F TL-201T2	(1)
2-14	TEC設置調整費		(1)
3	その他		
	・福山市民病院の指定する場所に搬入・設置すること(設置に必要な部材・配線工事等全て含むこと)。		
	・搬入設置及び調整については担当者調整のうえ適正に行うこと。		
	・納品機器に固定資産シールを貼り付けること。なお、シールは機器発注時に管理課より受け渡す。		
	・通常使用による故障の場合は、機器納入後1年間は無償修理に応じること。 (ただし、1年間の無償修理に応じることができない正当な理由があり、事前に当院の承諾を得た場合はこの限りではない。)		
	・取扱方法に関しては、現場の要望に応じ十分に説明をすること。		
	・故障時は速やかに対応できること。		
	・設置に伴う保健所及び労働基準監督署等に申請が必要な場合は病院の求めに応じ、提出すること。		