

仕様書

品名	生体情報監視装置		
納期等	当該機器は西館5階病棟に設置予定 納入期限は2026年7月31日 詳細な納入時期等は落札後に福山市民病院が指定する		
項目	名称	型式等	数量
1	生体情報監視装置	日本光電工業(株) CNS-2101他	一式
2	構成【通常フロア】		
2-1	セントラルモニタ(16人用)		
2-1-1	セントラルモニタ本体	CNS-2101	(1)
2-1-2	レコーダーユニット	WS-140P	(1)
2-1-3	スタンド	DM-140P	(1)
2-1-4	ネームプレート	DP-160P	(1)
2-1-5	キーボード	R3UA21	(1)
2-1-6	有線3ボタン赤色LEDマウス	M-K7URWH/RS	(1)
2-1-7	CNS設置調整費		(1)
2-1-8	無線式セントラルユニット 受信機16床分組込済	ORG-2100	(1)
2-1-9	ソフトウェアライセンス24人拡張	QL-018P	(1)
2-1-10	アンテナアイソレータ	ZA-022P	(1)
2-2	ベッドサイドモニタ		
2-2-1	ベッドサイドモニタ レコーダ組込済	PVM-4763	(11)
2-2-2	架台	KC-470P	(11)
2-2-3	アダプタ	DH-470P	(11)
2-2-4	ホルダー	DI-470P	(11)
2-2-5	フック	DZ-470P	(11)
2-2-6	バッテリーパック	SB-470P	(11)
2-2-7	送信機(モニター用)	ZS-600P	(11)
2-2-8	TL-201T2 フィンガープローブ	P225F	(11)
2-2-9	マルチYプローブ(5本/箱)	P205A	(4)
2-2-10	TL-260T クリップアダプタ	P256	(11)
2-2-11	成人用カフ(大)	YP-714T	(11)
2-2-12	PVM設置調整費		(11)
2-3	送信機(ECG/RESP/SpO2)		
2-3-1	送信機	ZS-730P	(5)
2-3-2	電極リード線	BR-903P	(5)
2-3-3	TL-201T2 フィンガープローブ	P225F	(5)
2-3-4	TL-260T クリップアダプタ	P256	(5)
2-3-5	シリコンカバー	YS-128P2	(5)
2-3-6	ZS設置調整費		(5)
2-4	アンテナ配線工事他		
2-4-1	設置調整含む		(1)
2-4-2	セントラルモニタ設置費用		(1)
3	構成【無菌区画フロア】		
3-1	セントラルモニタ		
3-1-1	セントラルモニタ本体	CNS-2101	(1)
3-1-2	レコーダーユニット	WS-140P	(1)

項目	名称	型式等	数量
3-1-3	スタンド	DM-140P	(1)
3-1-4	ネームプレート	DP-160P	(1)
3-1-5	キーボード	R3UA21	(1)
3-1-6	有線3ボタン赤色LEDマウス	M-K7URWH/RS	(1)
3-1-7	CNS設置調整費		(1)
3-1-8	無線式セントラルユニット 受信機12床分組込済	ORG-2100	(1)
3-1-9	受信機(2床追加)	ZR-100P	(1)
3-1-10	アンテナアイソレータ	ZA-022P	(1)
3-2	ベッドサイドモニタ		
3-2-1	ベッドサイドモニタ レコーダ組込済	PVM-4763	(9)
3-2-2	架台	KC-470P	(7)
3-2-3	アダプタ	DH-470P	(7)
3-2-4	ホルダー	DI-470P	(9)
3-2-5	フック	DZ-470P	(7)
3-2-6	バッテリーパック	SB-470P	(9)
3-2-7	送信機(モニター用)	ZS-600P	(9)
3-2-8	モニタ壁掛け2台分	#KO-NS	(1)
3-2-9	TL-201T2 フィンガープローブ	P225F	(9)
3-2-10	マルチYプローブ(5本/箱)	P205A	(3)
3-2-11	TL-260T クリップアダプタ	P256	(9)
3-2-12	成人用カフ(大)	YP-714T	(9)
3-2-13	PVM設置調整費		(9)
3-3	送信機(ECG/RESP/SpO2)		
3-3-1	送信機	ZS-730P	(5)
3-3-2	電極リード線	BR-903P	(5)
3-3-3	TL-201T2 フィンガープローブ	P225F	(5)
3-3-4	TL-260T クリップアダプタ	P256	(5)
3-3-5	シリコンカバー	Y224	(5)
3-3-6	ZS設置調整費		(5)
3-4	アンテナ配線工事他		
3-4-1	アンテナ LAN配線費用		(1)
3-4-2	セントラルモニタ設置費用		(1)
3-4-3	サブモニタ設置費用		(1)
4	その他		
	・福山市民病院の指定する場所に搬入・設置すること(設置に必要な部材・配線工事等全て含むこと)。		
	・搬入設置及び調整については担当者と調整のうえ適正に行うこと。		
	・納品機器に固定資産シールを貼り付けること。なお、シールは機器発注時に管理課より受け渡す。		
	・納品後に当該機器の写真データを管理課メールアドレスまで送付すること。		
	・病院の指定する既存機器を引き取ること。		
	・通常使用による故障の場合は、機器納入後1年間は無償修理に応じること。		
	(ただし、1年間の無償修理に応じることができない正当な理由があり、事前に当院の承諾を得た場合はこの限りではない。)		
	・落札業者は、後日、当入札の内訳を提出すること。		
	・取扱方法に関しては、現場の要望に応じ十分に説明をすること。		
	・故障時は速やかに対応できること。		
	・設置に伴う保健所及び労働基準監督署等に申請が必要な場合は病院の求めに応じ、提出すること。		