

# 仕 様 書

1 品 名 骨密度測定器

2 品質規格その他

(参考品) 骨健康度測定器 骨ウエーブ BW50  
株式会社メディケアー

## 【同等条件】

- ・測定部位 手首（橈骨）
- ・測定方式 超音波
- ・結果表示 5段階の評価区分及び健康づくりのアドバイスが表示される
- ・結果印刷 測定器から直接、測定結果が印刷される
- ・重 量 7 kg以下（移動用ケース含まず）で持ち運びができること

## 【付属品】

- ・移動用ケース
- ・結果印刷用紙 1巻

※参考品以外で入札に参加する場合は、2026年（令和8年）6月4日（木）までに、同等承認申請書（様式2）及び仕様書が確認できるカタログ等を次の担当者へ持参し、承認を得ること。承認を得ていない場合は、入札に参加できない。

担当者： 保健福祉局保健部健康推進課 小島、洲澤  
電 話：084-928-3421

3 数 量 2台

4 納品場所

福山すこやかセンター6階 健康推進課  
（福山市三吉町南二丁目11番22号）

担当者：小島、洲澤 電話084-928-3421

5 納入期限 2026年（令和8年）7月14日（火）