

仕 様 書			
品 名	血液保冷库		
納期等	当該機器は新本館 I 期3階NICU・GCU・産婦人科病棟に設置予定 納入期限は2026年7月31日 詳細な納入時期等は落札後に福山市民病院が指定する		
項目	名称	参考型式等	数量
1	血液保冷库	【参考品】フクシマガリレイ㈱ 血液用冷蔵庫 FMB-121G(NF)	2台
2	構成		
	血液用冷蔵庫	FMB-121G(NF)	(2)
※参考機種以外で見積する場合はカタログ等仕様・構造が分かるものを提出すること。			
3	同等条件(以下の全ての条件を満たすこと。)		
	・有効内容積が100L以上で、外形 幅500mm、奥行550mm以下であること。		
	・ノンフロン冷媒であること。		
	・4℃固定であること。		
	・血液用冷蔵庫のため、当該製品は医療機器であること。		
	・その他、参考品と同等の標準装備を有していること。		
4	その他		
	・福山市民病院の指定する場所に搬入・設置すること。		
	・搬入設置・調整については当院職員と調整のうえ適正に行うこと。		
	・納品機器に固定資産シールを貼り付けること。なお、シールは機器発注時に管理課より受け渡す。		
	・通常使用による故障の場合は、機器納入後1年間は無償修理に応じること。 (ただし、1年間の無償修理に応じることができない正当な理由があり、事前に当院の承諾を得た場合はこの限りではない。)		
	・取扱については、現場の要望に応じ十分に説明すること。		
	・故障時は、速やかに対応できること。		