

仕 様 書			
品 名	薬用保冷库・薬用冷凍冷蔵庫		
納期等	当該機器は新本館 I 期3階NICU・GCU・産婦人科病棟に設置予定 納入期限は2026年7月31日 詳細な納入時期等は落札後に福山市民病院が指定する		
項目	名称	参考型式等	数量
1	薬用保冷库・薬用冷凍冷蔵庫	【薬用保冷库】(参考品)フクシマガリレイ(株) スリム型薬用保冷库 FMS-176GSX	1台
		【薬用冷凍冷蔵庫】(参考品)フクシマガリレイ(株) 薬用冷凍冷蔵庫 FMS-F155GSX	1台
2	構成		
2-1	薬用保冷库	FMS-176GSX	(1)
2-2	薬用冷凍冷蔵庫	FMS-F155GSX	(1)
	※参考機種以外で見積する場合はカタログ等仕様・構造が分かるものを提出すること。		
3	同等条件(以下の全ての条件を満たすこと。)		
	【薬用保冷库】		
	・有効内容積が150L以上で、外形幅500mm、奥行550mm以下であること。		
	・ノンフロン冷媒であること。		
	・庫内温度は2～25℃の範囲以内で、位置によってこの範囲を逸脱しないこと。		
	・高精度温度制御(3,4,5℃)機能があること。		
	・その他、参考品と同等の標準装備を有していること。		
	【薬用冷凍冷蔵庫】		
	・有効内容積が冷蔵室150L、冷凍室50L以上で、外形幅500mm、奥行700mm以下であること。		
	・ノンフロン冷媒であること。		
	・庫内温度は冷蔵室が2～14℃の範囲以内、冷凍室が-30～-20℃の範囲以内で、位置によってこの範囲を逸脱しないこと。		
	・その他、参考品と同等の標準装備を有していること。		
4	その他		
	・福山市民病院の指定する場所に搬入・設置すること。		
	・搬入設置・調整については当院職員と調整のうえ適正に行うこと。		
	・納品機器に固定資産シールを貼り付けること。なお、シールは機器発注時に管理課より受け渡す。		
	・通常使用による故障の場合は、機器納入後1年間は無償修理に応じること。		
	(ただし、1年間の無償修理に応じることができない正当な理由があり、事前に当院の承諾を得た場合はこの限りではない。)		
	・取扱については、現場の要望に応じ十分に説明すること。		
	・故障時は、速やかに対応できること。		