

仕 様 書			
品 名	ビデオ喉頭鏡		
納期等	当該機器は新本館 I 期3階NICUに設置予定。 納入期限は2026年8月31日 詳細な納入時期等は落札後に福山市民病院が指定する。		
項目	名称	参考型式等	数量
1	ビデオ喉頭鏡	【参考品】イワキ(株) ビデオ喉頭鏡(NICU用) Hugemed	一式
2	構成		
	Hugemed ビデオ喉頭鏡 本体セット	1694080 ※本体セットにミラー00、ミラー0、ミラー1 各1	(1)
	Hugemed ビデオ喉頭鏡 リューザブルブレード	1694091 ミラー00	(2)
	Hugemed ビデオ喉頭鏡 リューザブルブレード	1694108 ミラー0	(2)
	Hugemed ビデオ喉頭鏡 リューザブルブレード	1694110 ミラー1	(2)
	Hugemed ビデオ喉頭鏡 リューザブルブレード	1694121 MAC1	(3)
	※参考機種以外で応札する場合はカタログ等仕様・構造が分かるものを提出すること。		
3	同等条件(以下の全ての条件を満たすこと。)		
	・本体の外寸寸法は幅250mm、奥行100mm、高さ100以下であること。		
	・新生児の気管挿管に使用できるビデオ喉頭鏡であること。		
	・リューザブルブレードを装着できる構造で、患者の体格及び気道形状に応じた複数のサイズ及び形状のブレードを使用できること。		
	・その他、参考品と同等の標準装備を有していること。		
4	その他		
	・福山市民病院の指定する場所に搬入・設置すること。		
	・搬入設置・調整については当院職員と調整のうえ適正に行うこと。		
	・納品機器に固定資産シールを貼り付けること。なお、シールは機器発注時に管理課より受け渡す。		
	・病院の指定する既存機器を引き取ること。		
	・通常使用による故障の場合は、機器納入後1年間は無償修理に応じること。 (ただし、1年間の無償修理に応じることができない正当な理由があり、事前に当院の承諾を得た場合はこの限りではない。)		
	・取扱については、現場の要望に応じ十分に説明すること。		
	・故障時は、速やかに対応できること。		