

仕様書

品名	照明灯		
納期等	当該機器は新本館 I 期3階に設置予定 納入期限は2026年7月31日 詳細な納入時期等は落札後に福山市民病院が指定する		
項目	名称	参考型式等	数量
1	照明灯	(参考品)山田医療照明(株) CS03GY	1台
2	構成		
2-1	照明灯	CS03GY クローバー 3灯スタンド式	(1)
※参考機種以外で見積する場合はカタログ等仕様・構造が分かるものを提出すること。			
3	同等条件(以下の全ての条件を満たすこと。)		
	・製品形態: スタンド型		
	・使用光源: 超高演色LED		
	・灯体寸法: 約Φ360mm		
	・LED寿命: 40,000時間		
	・入力定格電圧: AC100-240V 50/60Hz		
	・消費電力: 35~45VA(1灯体あたり)		
	・中心照度(距離80cm): 約75,000Lux(1灯体あたり)		
	・放射照度(距離80cm): 約280W/m ² (1灯体あたり)		
	・色温度(K): 約4,250K		
	・演色評価数: Ra:99 R9:95		
	・光野径/照度調整範囲: 約Φ160mm/灯体支持部ボリューム無段階方式(30~100%)		
	・スタンド脚部の寸法がW600×D600mm程度であること。		
	・全体質量: 約21kg		
	・運送費・搬入費・据付費・組立費・その他使用に必要な費用を一式含むこと。		
	・その他、参考品と同等の標準装備を有していること。		
4	その他		
	・福山市民病院の指定する場所に搬入・設置すること。		
	・搬入設置・調整については当院職員と調整のうえ適正に行うこと。		
	・納品機器に固定資産シールを貼り付けること。なお、シールは機器発注時に管理課より受け渡す。		
	・病院の指定する既存機器を引き取ること。		
	・通常使用による故障の場合は、機器納入後1年間は無償修理に応じること。		
	(ただし、1年間の無償修理に応じることができない正当な理由があり、事前に当院の承諾を得た場合はこの限りではない。)		
	・取扱については、現場の要望に応じ十分に説明すること。		
	・故障時は、速やかに対応できること。		