

仕様書

品名	解析機能付心電計		
納期等	当該機器は新本館 I 期3階に設置予定。 納入期限は2026年8月31日 詳細な納入時期等は落札後に福山市民病院が指定する。		
項目	名称	参考型式等	数量
1	解析機能付心電計	フクダ電子(株) FCP-9800	一式
2	構成		
2-1	解析付心電計	FCP-9800 111329570	(1)
2-2	トローリー	OTE-10	(1)
2-3	引出し(OTE-10用)	OAE-61A	(1)
2-4	記録紙保持金具	OAE-58A	(1)
2-5	コードハンガー	OAE-47A	(1)
2-6	SDカード	SD-2G(ECG/VS)	(2)
2-7	心電計用共通付属品セット	ASE-02N	(1)
2-8	IDカードリーダー(コア付)	CRF-900U-5101-C	(1)
2-9	カードリーダー取付金具	OAE-50A	(1)
2-10	2次元バーコード対応リーダー	1950GHD-U	(1)
2-11	リチウムイオンバッテリー	BTE-002	(1)
2-12	ワイヤレスインプットボックス	CIE-01B	(1)
2-13	ACアダプター	HPU15-102-W/UL	(1)
2-14	充電ドック	OAE-63A	(1)
2-15	心電計誘導コード(10本組)	CME-03FTAU	(1)
3	その他		
	・福山市民病院の指定する場所に搬入・設置すること。		
	・搬入設置・調整については当院職員と調整のうえ適正に行うこと。		
	・納品機器に固定資産シールを貼り付けること。なお、シールは機器発注時に管理課より受け渡す。		
	・通常使用による故障の場合は、機器納入後1年間は無償修理に応じること。 (ただし、1年間の無償修理に応じることができない正当な理由があり、事前に当院の承諾を得た場合はこの限りではない。)		
	・取扱については、現場の要望に応じ十分に説明すること。		
	・故障時は、速やかに対応できること。		