

仕様書			
品名	無菌接合装置		
納期等	当該機器は本館2階検体検査室に設置予定。 納入期限は2026年7月31日 詳細な納入時期等は落札後に福山市民病院が指定する。		
項目	名称	参考型式等	数量
1	無菌接合装置	【参考品】テルモ(株) TSCD-2	一式
2	構成		
2-1	無菌接合装置	TSCD-2	(1)
2-2	オーソBTD接続作業費		(1)
※参考機種以外で応札する場合はカタログ等仕様・構造が分かるものを提出すること。			
3	同等条件(以下の全ての条件を満たすこと。)		
	・本体の外形寸法は幅250mm、奥行350mm以下であること。		
	・使用に必要な付属品を一式含むこと。		
	・新生児の輸液、血液製剤その他の医療用チューブを無菌的に接合し、安全かつ確実な輸液管理に対応できること。		
	・使用に必要なシステム連携費用を一式含むこと。		
	・その他、参考品と同等の標準装備を有していること。		
4	その他		
	・参考品以外で応札する業者は、規格・仕様等のわかるカタログ等を2026年6月10日(水)までに、福山市民病院管理課(建設推進担当・本館2階) 担当:下川又は藤田(TEL 941-5151)へ提出し、承認を得てから入札に参加すること。承認を得ていない場合は、入札に参加できない。		
	・福山市民病院の指定する場所に搬入・設置すること。		
	・搬入設置・調整については当院職員と調整のうえ適正に行うこと。		
	・納品機器に固定資産シールを貼り付けること。なお、シールは機器発注時に管理課より受け渡す。		
	・通常使用による故障の場合は、機器納入後1年間は無償修理に応じること。 (ただし、1年間の無償修理に応じることができない正当な理由があり、事前に当院の承諾を得た場合はこの限りではない。)		
	・取扱については、現場の要望に応じ十分に説明すること。		
	・故障時は、速やかに対応できること。		