

仕様書

品名	分娩台一式		
納期等	当該機器は新本館 I 期3階分娩室に設置予定 納入期限は2026年8月31日 詳細な納入時期等は落札後に福山市民病院が指定する		
項目	名称	型式等	数量
1	分娩台一式	タカラベルモント(株) DG-860 ES21(ベージュ)ほか	一式
2	内容		
2-1	分娩台	タカラベルモント(株)	一式
2-1-1	分娩台	DG-860 ES21(ベージュ)	(1)
2-1-2	防水タオルカバー860用B	タカラベルモント(株)	(3)
2-1-3	分娩用ステンレスカート	ジェントリーワゴン GW101	(1)
2-1-4	ステンレスワゴン	アズワン製 8-4772-02	(2)
2-1-5	キックバケツ	プラム PR-146 080-023-01	(1)
2-1-6	シャワープルーフはかり	5g単位 CS-10KS	(1)
2-1-7	LDR机	サンワサプライ RAC-HP8SCN	(3)
2-1-8	ナーシングカート	navis 8-9223-41	(2)
2-2	診察用照明	山田医療照明 クローパー3灯 天吊り	(1)
2-3	身長体重計		一式
2-3-1	手動身長計付き体組成計	タニタ BH-300A-N	(1)
2-3-2	表示ボックススタンド	タニタ OP-005	(1)
3	その他		
	<ul style="list-style-type: none"> ・福山市民病院の指定する場所に搬入・設置すること(設置に必要な部材・配線工事等全て含むこと)。 ・搬入設置及び調整については担当者と調整のうえ適正に行うこと。 ・病院の指定する既存機器を移設すること。 ・納品機器に固定資産シールを貼り付けること。なお、シールは機器発注時に管理課より受け渡す。 ・通常使用による故障の場合は、機器納入後1年間は無償修理に応じること。 (ただし、1年間の無償修理に応じることができない正当な理由があり、事前に当院の承諾を得た場合はこの限りではない。) ・落札業者は、後日、当入札の内訳を提出すること。 ・取扱方法に関しては、現場の要望に応じ十分に説明をすること。 ・故障時は速やかに対応できること。 		