

仕様書			
品名	一人用無菌手洗装置		
納期等	当該機器は新本館1階、2階、3階に設置予定。 納入期限は2026年8月31日 詳細な納入時期等は落札後に福山市民病院が指定する。		
項目	名称	参考型式等	数量
1	一人用無菌手洗装置	【参考品】エムエス(株) TU-1CS	1式
2	構成		
2-1	ユニット式清潔水手洗装置(水道水仕様)	TU-1CS W1200	(2)
2-2	ユニット式清潔水手洗装置(水道水仕様)	TU-1CS W900	(1)
※参考機種以外で応札する場合はカタログ・図面等、仕様・構造が分かるものを提出すること。			
3	同等条件(以下の全ての条件を満たすこと。)		
	<ul style="list-style-type: none"> ・2-1 本体の外形寸法は幅1,200mm、奥行670mm程度であること。 (ただし、幅は1,200mmを超えないものとする。) ・2-2 本体の外形寸法は幅900mm、奥行670mm程度であること。 (ただし、幅は900mmを超えないものとする。) ・水道水仕様であること。 ・ソープディスペンサー、アルコールディスペンサーを含むこと。 		
4	その他		
	<ul style="list-style-type: none"> ・参考品以外で応札する業者は、規格・仕様等のわかるカタログ・図面等を2026年6月10日(水)までに、福山市民病院管理課(建設推進担当・本館2階) 担当:下川又は藤田(TEL 941-5151)へ提出し、承認を得てから入札に参加すること。承認を得ていない場合は、入札に参加できない。 ・福山市民病院の指定する場所に搬入・設置すること(配管接続工事を含む) ・搬入設置・調整については当院職員と調整のうえ適正に行うこと。 ・納品機器に固定資産シールを貼り付けること。なお、シールは機器発注時に管理課より受け渡す。 ・通常使用による故障の場合は、機器納入後1年間は無償修理に応じること。 (ただし、1年間の無償修理に応じることができない正当な理由があり、事前に当院の承諾を得た場合はこの限りではない。) ・落札業者は、後日、当入札の内訳を提出すること。 ・取扱については、現場の要望に応じ十分に説明すること。 ・故障時は、速やかに対応できること。 		