

仕様書

品名	脳波計		
納期等	当該機器は新本館 I 期3階NICU・GCU・産婦人科病棟に設置予定 納入期限は2026年7月31日 詳細な納入時期等は落札後に福山市民病院が指定する		
項目	名称	型式等	数量
1	脳波計	日本光電工業(株) ニューロファックス	一式
2	構成		
2-1-1	脳波計	EEG-1260	(1)
2-1-2	コントロールユニット	GG-126A	(1)
2-1-3	脳波アンプユニット	JE-940A	(1)
2-1-4	液晶ディスプレイユニット	VL-121A	(1)
2-1-5	アダプタ	DI-120A	(1)
2-1-6	架台	KC-125A	(1)
2-1-7	デジタルビデオソフトウェア	QP-110AK	(1)
2-1-8	カラーカメラセット3	LC-361B-01	(1)
2-1-9	カメラポール	KH-120A	(1)
2-1-10	ハードディスクドライブユニット	QM-101A	(1)
2-1-11	EEGトレンドプログラム	QP-160A	(1)
2-1-12	発作波形検出プログラム(新生児用)	QL-162A	(1)
2-1-13	ニューロチェッカー	AX-510B	(1)
2-1-14	AX510B-JE940A接続ケーブル	JW-510A	(1)
2-1-15	脳波用電極セット	BE-912A-DIN	(1)
2-1-16	シールド中継コード	BM-120A-DIN	(1)
2-1-17	エレクトロキャプシステム4(DIN)	IEC-SD	(1)
2-1-18	aEEG用ディスポ電極 NE-05IS3	H544A	(1)
2-1-19	EEG設置調整費		(1)
	新生児用脳波計参照用NAS		
2-2-1	WS IoT 2022 StrgWg搭載2ドライブ法人向けNAS 2TB	訪問安心保守サービス付き	(2)
2-2-2	QP-112A、NAS設定費用		(1)
2-2-3	諸部材費(電源タップ、LANケーブル、HUB等)		(1)
	※ピュアソフトは既存のライセンスを活用。		
3	その他		
	・福山市民病院の指定する場所に搬入・設置すること(設置に必要な部材・配線工事等全て含むこと)。		
	・搬入設置及び調整については担当者と調整のうえ適正に行うこと。		
	・納品機器に固定資産シールを貼り付けること。なお、シールは機器発注時に管理課より受け渡す。		
	・通常使用による故障の場合は、機器納入後1年間は無償修理に応じること。		
	(ただし、1年間の無償修理に応じることができない正当な理由があり、事前に当院の承諾を得た場合はこの限りではない。)		
	・取扱方法に関しては、現場の要望に応じ十分に説明をすること。		
	・故障時は速やかに対応できること。		