

仕様書			
品名	実験台		
納期等	当該機器は新本館 I 期3階に設置予定 納入期限は2026年8月31日 詳細な納入時期等は落札後に福山市民病院が指定する		
項目	名称	参考型式等	数量
1	実験台	(参考品)㈱ダルトン MWM18SM-AWAAA-A00 MWM24SM-ADAAA-A00	一式
2	構成		
2-1	実験台	MWM18SM-AWAAA-A00	(1)
2-2	実験台	MWM24SM-ADAAA-A00	(1)
※参考品以外で見積する場合はカタログ等仕様・構造が分かるものを提出すること。			
3	同等条件(以下の全ての条件を満たすこと。)		
	【実験台 MWM18SM-AWAAA-A00】		
	・外形寸法:幅1800mm×奥行600mm×高さ850mm		
	・天板木製不可		
	・本体外装:両面化粧パーティクルボード製		
	・収納:両面化粧パーティクルボード製(全ての引出と開き戸に耐震ラッチ付属)		
	・標準天板:ラグス		
	・天板は高い耐薬性を持ち、消毒剤・アルコール等を使用しても表面素材が変色しないものであること。		
	・医療施設における継続使用に適した耐荷重及び耐久性性能を有すること。		
	・新生児医療に係る検査業務に適した構造及び性能を有すること。		
	・運送費・搬入費・据付費・組立費・その他使用に必要な費用を一式含むこと。		
	・その他、参考品と同等の標準装備を有していること。		
	【実験台 MWM24SM-ADAAA-A00】		
	・外形寸法:幅2400mm×奥行600mm×高さ850mm		
	・天板木製不可		
	・本体外装:両面化粧パーティクルボード製		
	・収納:両面化粧パーティクルボード製(全ての引出と開き戸に耐震ラッチ付属)		
	・標準天板:ラグス		
	・天板は高い耐薬性を持ち、消毒剤・アルコール等を使用しても表面素材が変色しないものであること。		
	・医療施設における継続使用に適した耐荷重及び耐久性性能を有すること。		
	・新生児医療に係る調乳業務に適した構造及び性能を有すること。		
	・運送費・搬入費・据付費・組立費・その他使用に必要な費用を一式含むこと。		
4	その他		
	・福山市民病院の指定する場所に搬入・設置・組立・調整すること。		
	・搬入設置・調整については当院職員と調整のうえ適正に行うこと。		
	・納品機器に固定資産シールを貼り付けること。なお、シールは機器発注時に管理課より受け渡す。		
	・通常使用による故障の場合は、機器納入後1年間は無償修理に応じること。		
	(ただし、1年間の無償修理に応じることができない正当な理由があり、事前に当院の承諾を得た場合はこの限りではない。)		
	・取扱については、現場の要望に応じ十分に説明すること。		
	・故障時は、速やかに対応できること。		