

仕 様 書			
品 名	シャワーストレッチャー		
納期等	当該機器は新本館2階救急に設置予定。 納入期限は2026年7月31日 詳細な納入時期等は落札後に福山市民病院が指定する。		
項目	名称	参考型式等	数量
1	シャワーストレッチャー	【参考品】(株)いうら NS-200	1台
2	構成		
2-1	シャワーストレッチャー	NS-200	(1)
※参考機種以外で応札する場合はカタログ等仕様・構造が分かるものを提出すること。			
3	同等条件(以下の全ての条件を満たすこと。)		
	・本体の外形寸法は全長1870mm、全幅710mm程度(±10mm)であること。		
	・重量:50kg程度(±5kg)		
	・耐荷重:150kg程度(±5kg)		
	・主要材質:ステンレス、ポリエチレン、ポリプロピレン		
	・ハンドル操作でボトム部分が昇降する機能を有していること。		
	・4輪トータルロック機構を有していること。		
	・ボード型のサイドボード2枚を有していること。		
	・0～35°の無段階背上げ機能を有していること。		
	・転落防止の安全ベルトを有していること。		
	・日常的な清拭消毒に対応していること。		
	・運送費・搬入費・据付費・組立費・その他使用に必要な費用を一式含むこと。		
	・その他、参考品と同等の標準装備を有していること。		
4	その他		
	・福山市民病院の指定する場所に搬入・設置すること。なお、既存機器を引取りすること。		
	・搬入設置・調整については当院職員と調整のうえ適正に行うこと。		
	・納品機器に固定資産シールを貼り付けること。なお、シールは機器発注時に管理課より受け渡す。		
	・通常使用による故障の場合は、機器納入後1年間は無償修理に応じること。 (ただし、1年間の無償修理に応じることができない正当な理由があり、事前に当院の承諾を得た場合はこの限りではない。)		
	・取扱については、現場の要望に応じ十分に説明すること。		
	・故障時は、速やかに対応できること。		