

仕様書			
品名	ファイバースコープ格納庫		
納期等	当該機器は新本館 I 期3階に設置予定 納入期限は2026年7月31日 詳細な納入時期等は落札後に福山市民病院が指定する		
項目	名称	参考型式等	数量
1	ファイバースコープ格納庫	(参考品)アズワン(株) ファイバースコープ格納庫	1台
2	構成		
2-1	ファイバースコープ格納庫	ドライ 殺菌灯付 DGS-SUV 0-5568-01	(1)
※参考機種以外で見積する場合はカタログ等仕様・構造が分かるものを提出すること。			
3	同等条件(以下の全ての条件を満たすこと。)		
	【ファイバースコープ格納庫】		
	・外形寸法:幅400×奥行400×高さ2000mm程度(庫内寸法)幅380×奥行360×高さ1870mm程度		
	・町田製作所社製ファイバースコープMシリーズを適切に格納できること。		
	・材質:ステンレス(SUS304)		
	・ファイバースコープ収納数:4本		
	・電源:AC100V 50/60Hz 4W		
	・重量:45kg		
	・殺菌灯:付き		
	・運送費・搬入費・据付費・組立費・その他使用に必要な費用を一式含むこと。		
	・その他、参考品と同等の標準装備を有していること。		
4	その他		
	・福山市民病院の指定する場所に搬入・設置すること。		
	・搬入設置・調整については当院職員と調整のうえ適正に行うこと。		
	・納品機器に固定資産シールを貼り付けること。なお、シールは機器発注時に管理課より受け渡す。		
	・通常使用による故障の場合は、機器納入後1年間は無償修理に応じること。 (ただし、1年間の無償修理に応じることができない正当な理由があり、事前に当院の承諾を得た場合はこの限りではない。)		
	・取扱については、現場の要望に応じ十分に説明すること。		
	・故障時は、速やかに対応できること。		