

# 仕様書

品名	ホットキャビ		
納期等	当該機器は新本館 I 期3階に設置予定 納入期限は2026年7月31日 詳細な納入時期等は落札後に福山市民病院が指定する		
項目	名称	参考型式等	数量
1	ホットキャビ	(参考品)タイジ(株) ホットキャビ HC-10F	1台
2	構成		
	ホットキャビ	HC-10F	(1)
※参考機種以外で見積する場合はカタログ等仕様・構造が分かるものを提出すること。			
3	同等条件(以下の全ての条件を満たすこと。)		
	・本体寸法: W350×D280×H290mm程度(±10mm)		
	・定格電圧: 単相100V 50/60Hz		
	・消費電力: 120W		
	・庫内標準温度: 70~80℃		
	・温度調節: バイメタル式サーモスタット		
	・安全装置: 温度ヒューズ		
	・庫内容量: 10リットル程度(±1L)		
	・質量: 6kg程度(±1kg)		
	・棚皿及びドレイン受けを備えること。		
	・ヒーターによる加温機能を有し、庫内を適切な温度で保温できること。		
	・清拭消毒に対応し、衛生的な管理が可能な構造であること。		
	・運送費・搬入費・据付費・組立費・その他使用に必要な費用を一式含むこと。		
	・その他、参考品と同等の標準装備を有していること。		
4	その他		
	・福山市民病院の指定する場所に搬入・設置すること。		
	・搬入設置・調整については当院職員と調整のうえ適正に行うこと。		
	・通常使用による故障の場合は、機器納入後1年間は無償修理に応じること。 (ただし、1年間の無償修理に応じることができない正当な理由があり、事前に当院の承諾を得た場合はこの限りではない。)		
	・取扱については、現場の要望に応じ十分に説明すること。		
	・故障時は、速やかに対応できること。		