

仕 様 書			
品 名	ステンレスワゴン		
納期等	当該機器は新本館 I 期3階に設置予定 納入期限は2026年7月31日 詳細な納入時期等は落札後に福山市民病院が指定する。		
項目	名称	参考型式等	数量
1	ステンレスワゴン	【参考品】アズワン(株) ラージ3段 8-4772-02	2台
2	構成		
	ステンレスワゴン	ラージ3段 8-4772-02	(2)
※参考機種以外で応札する場合はカタログ等仕様・構造が分かるものを提出すること。			
3	同等条件(以下の全ての条件を満たすこと。)		
	・本体寸法 W610×D410×H810mm程度(±10mm)		
	・3段、ステンレス、キャスター付き		
	・耐荷重:20kg以上		
	・耐久性・対汚染性に優れた材質・表面仕上であること。		
	・運送費・搬入費・据付費・組立費・その他使用に必要な費用を一式含むこと。		
	・その他、参考品と同等の標準装備を有していること。		
4	その他		
	・福山市民病院の指定する場所に搬入・設置すること。		
	・搬入設置・調整については当院職員と調整のうえ適正に行うこと。		
	・通常使用による故障の場合は、機器納入後1年間は無償修理に応じること。 (ただし、1年間の無償修理に応じることができない正当な理由があり、事前に当院の承諾を得た場合はこの限りではない。)		
	・取扱については、現場の要望に応じ十分に説明すること。		
	・故障時は、速やかに対応できること。		