

仕様書

品名	麻酔器		
納期等	当該機器は新本館 I 期2階救急外来に設置予定 納入期限は2026年8月31日 詳細な納入時期等は落札後に福山市民病院が指定する		
項目	名称	型式等	数量
1	麻酔器	アコマ医科工業(株) Anespirator A35(O2-D)	3組
2	構成		
2-1	アコマ麻酔システム Anespirator A35(O2-D)	310-15-01	(3)
2-2	アコマ気化器 V60 セボフルラン セレクトテック Quik-fil	310-20-01	(3)
2-3	アコマ気化器 V60 セボフルラン Quik-filアダプタ	310-20-10	(3)
2-4	PS(Anespirator A35)	310-15-21	(3)
2-5	ART-300 LPO用POMストレートコネクタ	309-10-39	(3)
2-6	フレキシブルバッグアーム(Anespirator A65/A35)	310-10-91	(3)
2-7	右下サイドレール縦430mm(Anespirator A65/A35)	310-10-56	(3)
2-8	Anespirator専用リクライムカートリッジ(Anespirator A65/A35)	310-10-63	(3)
2-9	O2耐圧管5m 川重インレット、DISS付	204-01-60	(3)
2-10	N20耐圧管5m 川重インレット、DISS付	204-01-61	(3)
2-11	AIR耐圧管5m 川重インレット、DISS付	204-01-62	(3)
2-12	余剰ガス耐圧管5m セントラルユニ付	104-01-12	(3)
2-13	多目的ポール(GCXレール用)	204-57-59	(3)
2-14	アコマキャスターガード 45SM	321-10-01	(3)
3	その他		
	・福山市民病院の指定する場所に搬入・設置すること(設置に必要な部材・配線工事等全て含むこと)。		
	・搬入設置及び調整については担当者と調整のうえ適正に行うこと。		
	・納品機器に固定資産シールを貼り付けること。なお、シールは機器発注時に管理課より受け渡す。		
	・病院の指定する既存機器を引き取ること。		
	・通常使用による故障の場合は、機器納入後1年間は無償修理に応じること。 (ただし、1年間の無償修理に応じることができない正当な理由があり、事前に当院の承諾を得た場合はこの限りではない。)		
	・取扱方法に関しては、現場の要望に応じ十分に説明をすること。		
	・故障時は速やかに対応できること。		
	・設置に伴う保健所及び労働基準監督署等に申請が必要な場合は病院の求めに応じ、提出すること。		