

仕 様 書

1. 品 名

精密電子天秤

2. 品質規格その他

【参考品】

メーカー：ザルトリウス・ジャパン株式会社

製品番号： MCA225S-3S01-D

【同等品条件】

- ・内蔵分銅／isoCAL を搭載していること
- ・出荷時 JCSS 校正証明書が付いていること
- ・読取限度が 0.01mg 以下であること
- ・最大秤量が 200g 以上であること
- ・繰り返し性の標準偏差（許容誤差）が 0.02mg 以下であること
- ・直線性偏差が±0.10mg 未満であること
- ・全自動の水平調整機能があること
- ・測定の実安定所要時間が 2 秒以内であること
- ・風防すべてのガラスパーツに導電性コーティングが施され、外部からの静電気の影響から保護できること
- ・ドラフトシールドと一体型のイオナイザー（帯電防止装置）が後付け可能であること
- ・タッチパネル対応であること
- ・日本語対応であること

※参考品以外で入札に参加する場合は、2026年（令和8年）7月9日（木）までに同等承認申請書（様式2）、仕様等が確認できるカタログ等（写し可）を次の担当者へ持参し、承認を得ること。承認を得ていない場合、入札に参加できない。

担当者：保健福祉局保健部試験検査課 小川

TEL：084-928-3422

3. 数 量

1 式

4. 納品場所・納品方法

納品場所：福山市三吉町南二丁目 11 番 22 号

福山市保健所試験検査課 すこやかセンター本館 3F

納品方法：搬入、取付、調整、既存品処分

既 存 品：ザルトリウス・ジャパン株式会社製（型式：ME-215S）

5. 納入期限

2027年（令和9年）3月31日（水）

6. その他

疑義が生じた場合には、市担当者（試験検査課 小川 TEL 084-928-3422）と協議すること。