

仕 様 書			
品 名	メディカルフリーザー		
納期等	当該機器は臨床検査科に設置予定 納入期限は2026年12月25日 詳細な納入時期等は落札後に福山市民病院が指定する		
項目	名称	参考型式等	数量
1	薬用冷凍冷蔵庫	【参考品】フクシマガリレイ(株) メディカルフリーザー(2層独立) FMF-505FDX	1台
2	構成		
2-1	メディカルフリーザー	フクシマガリレイ(株) FMF-505FDX	(1)
2-2	測定孔(背面/上室・下室)		(2)
	※参考品以外で見積する場合はカタログ等仕様・構造が分かるものを提出すること。		
3	同等条件(以下の全ての条件と同等もしくはそれ以上の標準装備・機能を有していること。)		
	・2室独立制御式		
	・有効内容積が500L以上で、外形幅820mm、奥行800mm以下		
	・ノンフロン冷媒		
	・庫内温度は－30～－20℃(1℃単位)デジタル温度表示		
	・施錠装置標準装備		
	・閉め忘れ防止対策ドア警報		
	・バスケット12個		
	・背面(上室・下室)に測定孔2カ所		
	・その他、参考品と同等の標準装備を有していること。		
4	その他		
	・福山市民病院の指定する場所に搬入・設置すること。		
	・搬入設置・調整については当院職員と調整のうえ適正に行うこと。		
	・納品機器に固定資産シールを貼り付けること。なお、シールは機器発注時に管理課より受け渡す。		
	・病院の指定する既存機器を引き取ること。		
	・通常使用による故障の場合は、機器納入後1年間は無償修理に応じること。		
	(ただし、1年間の無償修理に応じることができない正当な理由があり、事前に当院の承諾を得た場合はこの限りではない。)		
	・取扱については、現場の要望に応じ十分に説明すること。		
	・故障時は、速やかに対応できること。		