

仕 様 書			
品 名	顕微鏡用カメラ		
納期等	当該機器は臨床検査科(病理担当)に設置予定。 納入期限は2026年11月30日 詳細な納入時期等は落札後に福山市民病院が指定する。		
項目	名称	参考型式等	数量
1	顕微鏡用カメラ	【参考品】リライオン 顕微鏡用4K HDMIカメラ 4K-X5CAM	1個
2	構成		
2-1	顕微鏡用4K HDMIカメラ	4K-X5CAM	(1)
※参考機種以外で応札する場合はカタログ等仕様・構造が分かるものを提出すること。			
3	同等条件(参考品情報として以下の全ての条件と同等もしくはそれ以上の標準装備・機能を有していること。)		
	・カルツァイス、ニコン、エビデント等の顕微鏡に接続可能であること。		
	・センサー:IMX678(C)、1/1.8程度		
	・画素数:8MP、3,840×2,160		
	・フレームレート:3,840×2,160 60fps via HDMI、3,840×2,160 30fps Network、USB3.0		
	・イメージ保存:SDカード、USBメモリーまたはPC		
	・露光時間:0.019ms-1,000ms程度		
	・感度:3500mv with 1/30s以上		
	・その他、参考品と同等の標準装備を有していること。		
4	その他		
	・福山市民病院の指定する場所に搬入・設置すること。		
	・搬入設置・調整については当院職員と調整のうえ適正に行うこと。		
	・納品機器に固定資産シールを貼り付けること。なお、シールは機器発注時に管理課より受け渡す。		
	・通常使用による故障の場合は、機器納入後1年間は無償修理に応じること。		
	(ただし、1年間の無償修理に応じることができない正当な理由があり、事前に当院の承諾を得た場合はこの限りではない。)		
	・取扱については、現場の要望に応じ十分に説明すること。		
	・故障時は、速やかに対応できること。		