

仕 様 書			
品 名		マセレータ	
納期等		当該機器は新本館Ⅰ期感染症病床に設置予定 納入期限は2026年9月30日 詳細な納入時期等は落札後に福山市民病院が指定する	
項目	名称	型式等	数量
1	マセレータ	【参考品】松吉医科器械株式会社	(1)
		QUATTRO 60Hz	
		24-8065-0002	
	※参考機種以外で応札する場合は、カタログ等仕様・構造が分かるものを提出すること。		
2	同等条件(以下の全ての条件を満たすこと。)		
	・一式の外形寸法は幅420mm、奥行540mm、高さ920mm以下であること。		
	・汚物がパルプ容器に入ったまま投入し、粉碎、排水、洗浄の工程を行う機能を有すること。		
	・蓋の開閉は、フットペダルでのみ可能であること。		
	・静音設計であり、より静かな運転が可能なナイトモード機能を有すること。		
	・工程内容やエラー発生時の異常内容は、記号で事象別に識別して、分かりやすく表示できること。		
	・標準的な便器、尿器などのパルプ製品を通常最大で4個処理できること。		
	・蓋が閉じた状態でのみ作動し、工程終了後はフットペダルによる開閉操作まで蓋が空かない構造であること。		
	・パルプ製品を粒子2～3mm程度に粉碎することができること。		
	・運転中の障害に対し、検知して停止するセンサー機能を有していること。		
	・運転回数と障害内容をメモリーする機能を有すること。		
	・排水環境によって、運転サイクルを変更できる機能を有すること。		
3	その他		
	・福山市民病院の指定する場所に搬入・設置すること(設置に必要な部材・配線工事等全て含むこと)。		
	・搬入設置及び調整については担当者と調整のうえ適正に行うこと。		
	・納品機器に固定資産シールを貼り付けること。なお、シールは機器発注時に管理課より受け渡す。		
	・通常使用による故障の場合は、機器納入後1年間は無償修理に応じること。		
	(ただし、1年間の無償修理に応じることができない正当な理由があり、事前に当院の承諾を得た場合はこの限りではない。)		
	・取扱方法に関しては、現場の要望に応じ十分に説明をすること。		
	・故障時は速やかに対応できること。		
	・設置に伴う保健所及び労働基準監督署等に申請が必要な場合は病院の求めに応じ、提出すること。		