

仕 様 書			
品 名	産科診療ユニット		
納期等	当該機器は新本館3階に設置予定。 納入期限は2026年12月31日 詳細な納入時期等は落札後に福山市民病院が指定する。		
項目	名称	参考型式等	数量
1	産科診療ユニット	【参考品】アトムメディカル(株) アトム診療ユニットEU80	2台
※参考品以外で応札する業者は、規格・仕様等のわかるカタログ・図面等を2026年8月31日(月)までに、福山市民病院管理課(建設推進担当・本館2階) 担当:藤田(TEL 941-5151)へ提出し、承認を得てから入札に参加すること。承認を得ていない場合は、入札に参加できない。			
2	同等条件(以下の全ての条件と同等もしくはそれ以上の標準装備・機能を有していること。)		
	・クスコー(腔鏡)を温める装置を有すること		
	・クスコーを保温でき、温度を3段階に設定できること		
	・本体正面や側面に可動式トレーなどの収納スペースを有していること		
	・鉗子立は引き出し部分(手前)と本体奥に取り付けが可能なこと		
	・ストッパー付のキャスターを有すること		
	・LED処置灯を備え、明るさの調整が3段階で設定できること		
	・LED処置灯は、フットスイッチでON/OFFができること		
	・LED処置灯アームの可動範囲が180度であり、200cm以上の高さに配置できること		
	・洗浄装置は本体内部蔵であり、診療ユニット本体から外してチューブや先端部等を洗浄消毒できること		
	・洗浄液の温度を3段階に設定でき、常に温かい洗浄液が吐出される機能を有すること		
	・洗浄液を貯えるカセットタンクを有すること		
	・洗浄装置を分解することなく、内部に水を残さず排水できること		
	・洗浄装置の嘴管先端部を、患者ごとに交換できること		
	・空焚きや過温を防ぐ機能を有すること		
3	その他		
	・福山市民病院の指定する場所に搬入・設置すること。		
	・搬入設置・調整については当院職員と調整のうえ適正に行うこと。		
	・納品機器に固定資産シールを貼り付けること。なお、シールは機器発注時に管理課より受渡す。		
	・病院の指定する既存機器を引き取ること。		
	・通常使用による故障の場合は、機器納入後1年間は無償修理に応じること。		
	(ただし、1年間の無償修理に応じることができない正当な理由があり、事前に当院の承諾を得た場合はこの限りではない。)		
	・取扱については、現場の要望に応じ十分に説明すること。		
	・故障時は、速やかに対応できること。		