

仕 様 書			
品 名	人工心肺装置		
納期等	当該機器は手術室に設置予定 納入期限は2027年3月31日 詳細な納入時期等は落札後に福山市民病院が指定する		
項目	名称	型式等	数量
1	人工心肺装置	泉工医科工業(株) 人工心肺装置HASⅢほか	一式
2	構成		
2-1	人工心肺装置HASⅢ 福山市民病院仕様	HASⅢ	
2-1-1	ローラポンプリモコン	HASⅢ-PCR	(7)
2-1-5	ポンプリモコンケーブル(1500)	HASⅢ-LPC1500	(3)
2-1-6	ポンプリモコンケーブル(800)	HASⅢ-LPC800	(5)
2-1-7	リモコンホルダ2	HASⅢ-AR2	(1)
2-1-8	リモコンホルダ3	HASⅢ-AR3	(2)
2-1-9	ホルダアーム	HASⅡ-AHA	(6)
2-1-10	リモコンホルダ コンソールタイプ	HASⅢ-ARB	(1)
2-1-11	ローラポンプリモコンアダプタ	HASⅢ-ARA	(1)
2-1-12	φ150ポンプヘッド	HASⅢ-P150S	(2)
2-1-13	φ100ポンプヘッド	HASⅢ-P100S	(5)
2-1-14	ポンプヘッドケーブル(2000)	HASⅢ-LP2000	(4)
2-1-15	ポンプヘッドケーブル(1000)	HASⅢ-LP1000	(2)
2-1-16	ポンプヘッドケーブル(250)	HASⅢ-LP250	(5)
2-1-17	ポンプヘッドホルダ(ポール用)	HASⅢ-PHP	(4)
2-1-18	ポンプヘッドホルダ(ポール用)スタンダード	HASⅢ-PHS	(2)
2-1-19	ヘッドホルダアダプタ(L)	HASⅢ-PAL	(6)
2-1-20	手回しハンドル(2軸タイプ)	HASⅢ-PEH	(2)
2-1-21	ポンプヘッドケーブルチップセット	HASⅢ-LPC9	(2)
2-1-22	ポンプリモコンケーブルチップセット	HASⅢ-LRC9	(2)
2-1-23	ポンプツマミセット	HASⅢ-PV9	(2)
2-1-24	ラベルシール	HASⅢ-SL	(2)
2-1-25	遠心ポンプコントローラ	HASⅢ-CFP	(1)
2-1-26	モータユニット(メラ遠心ポンプ用) Aタイプ	HAS-CFP-MA	(1)
2-1-27	非常用手回し器アダプタ(メラ遠心ポンプ用)	HAS-CM-M	(1)
2-1-28	非常用手回し器(メラ遠心ポンプ用)	HCS-CM-MP	(1)
2-1-29	送血レギュレータ	HASⅢ-REA	(1)
2-1-30	脱血レギュレータ	HASⅢ-REV	(1)
2-1-31	システムベース	HASⅢ-BS100V	(1)
2-1-32	UPSユニット(大容量タイプ)	HASⅢ-UPS-D	(1)
2-1-33	ポンプ制御ユニット	HASⅢ-PCR	(7)
2-1-34	ブランクポンプキャップ	HASⅢ-PB	(2)
2-1-35	コネクタキャップ	HASⅢ-PCC	(1)
2-1-36	マルチコネクタケーブル(2000)	HASⅢ-LM2000	(2)

項目	名称	型式等	数量
2-1-37	マルチコネクタケーブル(1000)	HASⅢ-LM1000	(3)
2-1-38	マルチコネクタケーブル(200)	HASⅢ-LM2000	(1)
2-1-39	ポールアーム (2台)	HASⅢ-APA	(1)
2-1-40	サイドポールユニット	HASⅢ-ASP	(2)
2-1-41	キャスター付ポール(ハンガ付)	HASⅡ-AP1000CH	(1)
2-1-42	LEDライト	HASⅢ-OLED	(1)
2-1-43	補助ポールホルダ75	HAS-AJ75BH	(6)
2-1-44	補助ポールホルダ100	HAS-AJ100B	(5)
2-1-45	補助ポールホルダ200	HAS-AJ200B	(5)
2-1-46	補助ポールホルダ300	HAS-AJ300B	(4)
2-1-47	補助アーム200	HAS-AJ200BC	(6)
2-1-48	補助アーム300	HAS-AJ300BC	(4)
2-1-49	補助ポール80	HAS-AP80	(4)
2-1-50	補助ポール240	HAS-AP240	(4)
2-1-51	補助ポール400	HAS-AP400	(2)
2-1-52	補助ポール800	HAS-AP800	(1)
2-1-53	補助ポールホルダ水平用	HAS-AJH	(2)
2-1-54	水平バー	HASⅢ-AHB	(1)
2-1-55	水平バー(ノーマル)	HASⅢ-AHB-N	(1)
2-1-56	汎用テーブル	HAS-ATG	(1)
2-1-57	天板	HASⅢ-ATU	(1)
2-1-58	マルチトレイ	HASⅢ-ATB	(1)
2-1-59	小物入れ	HASⅢ-ABS	(1)
2-1-60	チューブハンガ	HASⅢ-ATF	(2)
2-1-61	センサホルダ	HASⅢ-ASH	(3)
2-1-62	スロットホルダ (S)	HASⅢ-SH-S	(1)
2-1-63	スロットホルダ (T)	HASⅢ-SH-T	(1)
2-1-64	スロットクリップ	HASⅢ-SH-C	(1)
2-1-65	スロットフック	HASⅢ-SH-H	(1)
2-1-66	電源ケーブルホルダ	HASⅡ-HPC	(1)
2-1-67	センサケーブルホルダ	HASⅡ-HSC	(2)
2-1-68	ケーブル止め	HASⅡ-AK	(3)
2-1-69	モニタ1	HASⅢ-M1	(1)
2-1-70	モニタ2	HASⅢ-M2	(1)
2-1-71	モニタ連結バー	HASⅢ-AM2	(1)
2-1-72	モニタ連結バー(縦用)	HASⅢ-AM2V	(1)
2-1-73	センサBOX1	HASⅢ-SB1	(1)
2-1-74	センサBOX2	HASⅢ-SB2	(1)
2-1-75	ブラックパネル3	HASⅢ-S3	(1)
2-1-76	メラ体外循環モニタ	HASⅢ-C PBH	(1)
2-1-77	空圧BOX1-2	HASⅢ-SBP12	(1)

項目	名称	型式等	数量
2-1-78	空圧BOX3-4	HASⅢ-SBP34	(1)
2-1-79	空圧BOX7-8	HASⅢ-SBP78	(1)
2-1-80	レベルアッパースンサー	HAS-EL2-USU	(1)
2-1-81	レベルロアースンサー	HAS-EL2-USL	(1)
2-1-82	バブル・フローセンサ(1/4)	HAS-EBA1/4	(1)
2-1-83	バブル・フローセンサ(3/8)	HAS-EBA3/8	(2)
2-1-84	バブル・フローセンサ(1/2)	HAS-EBA1/2	(1)
2-1-85	レベルセンサーホルダー(50個入)		(2)
2-1-86	超音波ジェル	H-USG	(1)
2-1-87	電子ブレンダユニット(大人用)	HASⅢ-OABL	(1)
2-1-88	ホースアセンブリ O2(ピン方式)5m		(1)
2-1-89	ホースアセンブリ AIR(ピン方式)5m		(1)
2-1-90	セクリストO2エアミキサー LP-D(デュアル、ポール)		(1)
2-1-91	セクリスト用耐圧管 O2 5m(川重)		(1)
2-1-92	セクリスト用耐圧管 Air 5m(川重)		(1)
2-1-93	YSI温度プローブ 人工肺用 ITP100-34		(2)
2-1-94	YSI温度プローブ 人工肺用 ITP100-34(RED)		(2)
2-1-95	YSI温度プローブ 人工肺用 ITP100-34(BLUE)		(2)
2-1-96	HPT専用ケーブル HPT-S		(6)
2-1-97	メラCPBサポートモニタAID 本体 AID-BSK001		(1)
2-1-98	メラCPBサポートモニタAID HASⅢ用RS232C分配セット	AID-SPL001	(1)
2-1-99	メラCPBサポートモニタAID CDI500/550用RS232C分配セット	AID-SPL002	(1)
2-1-100	メラCPBサポートモニタAID RS232C 4CH入力装置	AID-IFB001	(1)
2-1-101	日本光電社 生体情報モニター通信対応費用		(1)
2-1-102	上記接続設置作業費		(1)
2-1-103	HASⅢ用フロントトレイ JUN1015-02		(2)
2-1-104	アームユニット(100×100アダプタ付)	HA1427A	(2)
2-1-105	特注補助ポールホルダ400		(2)
2-1-106	ケーブルカラマン		(1)
2-1-107	運転椅子		(2)
2-1-108	体外循環用システムTRUSYS HTS-C	0201201700	(1)
2-1-109	体外循環用システムTRUSYS ポンプヘッド(φ100) HASⅡ-P100S	0201201900	(2)
2-1-110	体外循環用システムTRUSYS ポンプヘッドケーブル(250) HASⅡ-LP250	0201202300	(2)
2-1-111	体外循環用システムTRUSYS モニタケーブル(2000) HTS-LCM2000	0201202200	(1)
2-1-112	体外循環用システムTRUSYS 電源ケーブルホルダ HASⅡ-HPC	0201202800	(2)
2-1-113	体外循環用システムTRUSYS センサケーブルホルダ HASⅡ-HCS	0201202900	(2)
2-1-114	オクルージョンラバー(8色)	0200329000	(1)
2-1-115	メラ人工心肺装置HASⅡ ケーブル止め10本HASⅡ-AK	0200308101	(1)
2-1-116	ツマミリング(8色)	0200329100	(1)
2-1-117	補助ポールホルダー200 HAS-AJ200B	0200208700	(1)
2-1-118	体外循環用システムTRUSYS用心肺システム通信ケーブル(5m) H-LTR5000	0200341100	(1)

項目	名称	型式等	数量
2-1-119	メラ冷温水槽 HHC-300	0201301400	(1)
2-1-120	メラ冷温水槽 ポール用ホルダ HHC-ACB	0201301600	(1)
2-1-121	メラ冷温水槽 ホルダ設置用ポール HHC-AP	0201301700	(1)
2-1-122	メラ冷温水槽 リモコン用ケーブル(5m)HHC-LC5000	0201301900	(1)
2-1-123	メラ冷温水槽 外部通信ケーブル HHC-CC5000	0201302000	(1)
2-1-124	メラ冷温水槽 300用心肺システム通信ケーブル HHC-LHL5000	0201302200	(1)
2-1-125	メラ 冷温水カブラ 2個 HWC-1L	0201501101	(1)
2-1-126	JMS陰圧コントローラ VC-1		(1)
2-2	テルモ 体外循環用血液学的パラメータモニタ CDI OneViewモニタリングシステム		
2-2-1	コアプロセッサ	CV-750	(1)
2-2-2	ディスプレイ	CV-751	(1)
2-2-3	BPMプローブ	CV-753	(1)
2-2-4	H/Sプローブ	CV-754	(1)
2-2-5	キャリブレーター	CV-740	(1)
2-2-6	キャリブレーターケーブル	CV-741	(1)
2-2-7	コアブラケット	CV-780	(1)
2-2-8	ディスプレイブラケット	CV-781	(1)
2-2-9	BPMブラケット	CV-782	(1)
2-2-10	キャリブレーターブラケット	CV-783	(1)
2-2-11	フローI/Fモジュール	CV-760	(1)
2-2-12	フローセンサー 3/8×3/32	CV-763	(1)
2-2-13	HLM I/Fモジュール	CV-770	(1)
2-2-14	DMS I/Fモジュール	CV-771	(1)
2-2-15	ガスボトル1	CV-746	(1)
2-2-16	ガスボトル2	CV-747	(1)
2-3-1	日本光電 ガイア接続費用(HASⅢ、CDI)		(1)
2-3-2	EIZO液晶ディスプレイ 21.5型		(2)
2-3-3	メディカルチェア ブルー SNC-HP3VBL2		(2)
2-3-4	メディカルハイチェア ブルー RZR-301BL		(2)
2-3-5	作業用チェア ブラック T-5044B		(1)
2-3-6	チューブ鉗子 20.0cm JB13-4503(カラー加工)		(25)
2-3-7	XENOSYS 4K カメラシステム Looks CAM LT		(1)
2-3-8	L2SX5 LEDライトシステム		(1)
2-3-9	USBC-LT5000 USBケーブル (5M)		(1)
2-3-10	RHB02-LT ハードヘッドバンド		(1)
2-3-11	VIO3 5 ソケットモデルーAP	E125015	(1)
2-3-12	アルゴンガス供給装置 APC3-AP	E125012	(1)
2-3-13	VIO3用1 ペダルフットリモード付スイッチ	E123302	(1)
2-3-14	VIO3用1 ペダルフットリモード付スイッチ(仕切り板付)	E123303	(1)
2-3-15	システムキャリーパフォーマンス	E121700	(1)
2-3-16	システムキャリー用1ペダルフットスイッチマウント	E121605	(1)

項目	名称	型式等	数量
2-3-17	システムキャリア用ケーブルホルダー	E121604	(1)
2-3-18	プレッシャーレギュレーター APC2/APC3用	E120585	(1)
2-3-19	アルゴンガスボンベ 5L	0010103	(1)
2-3-20	ワイヤーバスケット	E120554	(1)
2-3-21	APC3 固定具	E123305	(1)
2-3-22	FiAPC3ボタンアプリーケーター35mmスパチュラ電極可(5本入)	E121404	(1)
2-3-23	CUDA LED/キセノンライトソース		(1)
2-3-24	STD CRI LED4000ライトソース C410008		(1)
2-3-25	CUDAフロアスタンド C410004		(1)
2-3-26	S/G LEDライト用RCSH/LファイバーC 二又・黒 C410006		(1)
2-3-27	オクトベースシステム(本体)28701		(1)
2-3-28	オクトベースシステム(シーベル STD)28703		(1)
2-3-29	オクトベースシステム(シーベル DEEP)28704		(1)
2-3-30	オクトベースシステム(フィックス STD)28705		(1)
2-3-31	オクトベースシステム(フィックス DEEP)28706		(1)
2-3-32	TC付二連間接・ワイヤーカッター18cmMagoNovuM	OL505-18	(1)
2-3-33	バルブゲート ドベーク子ドベークジョー曲型 縦開 25.0cm	34-7821	(1)
2-3-34	バルブゲートPRO子TC付 2.7mmシャフト曲10° 17.0cm	34-7835S	(1)
2-3-35	バルブゲートPRO子 曲30° 25.0cm	38-7835S	(1)
2-3-36	バルブゲート剪刀 曲70° 25.0cm 先端DFコーティング	34-7840.TC	(1)
2-3-37	バルブゲート持針器 TC付 2.7mmシャフト反型25.0cm	34-7906	(1)
2-3-38	カストロ持針器	03-0320.TC	(4)
2-3-39	ドベーク子 18cm	10-0123	(6)
2-3-40	イントラック XT クランプ(ブラシ付サチンスキー) N-10131		(2)
2-3-41	イントラック XT クランプ(イントラック鉗子) N-10132		(1)
2-3-42	イントラック クランプ N-10135		(1)
2-3-43	イントラック クランプ N-10136		(1)
2-3-44	G2クランプ セット G2-1000 クランプ6種/Yドライブ/鉗子/六角/スクリュー		(1)
3	その他		
	・福山市民病院の指定する場所に搬入・設置すること(設置に必要な部材・配線工事等全て含むこと)。		
	・搬入設置及び調整については担当者と調整のうえ適正に行うこと。		
	・納品機器に固定資産シールを貼り付けること。なお、シールは機器発注時に管理課より受け渡す。		
	・病院の指定する既存機器を引き取ること。		
	・通常使用による故障の場合は、機器納入後1年間は無償修理に応じること。		
	(ただし、1年間の無償修理に応じることができない正当な理由があり、事前に当院の承諾を得た場合はこの限りではない。)		
	・取扱方法に関しては、現場の要望に応じ十分に説明をすること。		
	・故障時は速やかに対応できること。		
	・落札業者は、後日、当入札の内訳を提出すること。		
	・設置に伴う保健所及び労働基準監督署等に申請が必要な場合は病院の求めに応じ、提出すること。		